



SERVIZIO
SANITARIO
REGIONALE



Grande Ospedale Metropolitano
"Bianchi Melacrino Morelli"
Reggio Calabria



REGIONE CALABRIA

Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

Prot. N° 10165 del 22-05-2020

Avviso di Indagine conoscitiva di mercato

Oggetto: Emergenza Covid-19- Richiesta preventivo di spesa sistema di identificazione e tipizzazione di microrganismi con tecnica di spettrometria MALDI TOF, corredato del relativo software dedicato alla microbiologia e del database per identificazioni dei microrganismi

Nell'ambito delle attività delegate con direttiva n. 1 del 20.03.2020 protocollo SIAR n. 115621 del 20.03.2020, dei delegati del soggetto attuatore, si chiede con cortese massima urgenza, un preventivo di spesa sistema di identificazione e tipizzazione di microrganismi con tecnica di spettrometria MALDI TOF, corredato del relativo software dedicato alla microbiologia e del database per identificazioni dei microrganismi da destinare a questo G.O.M. , indispensabile per fronteggiare l'emergenza dovuta alla diffusione del virus COVID -19.

Le caratteristiche minime richieste sono:

- Sistema completo per l'identificazione di batteri GRAM positivi, GRAM negativi, micobatteri tubercolari ed atipici, ed altri microrganismi con tecniche di spettrometria di massa MALDI TOF marcato CE IVD ed interfacciabile con sistemi AST di altri produttori (elencare sistemi AST compatibili) omnicomprensivo;
- Spettrometro di massa MALDI TOF marcato CE-IVD, nuovo di fabbrica e di ultima generazione completo di tutto l'hardware(PC, stampante ect) necessario per il funzionamento nonché del software, databasemarcato CE IVD etc.
- Il sistema deve avere una velocità di acquisizione di almeno 100 campioni ora utilizzando piastrine multi pozzetto;
- Lo strumento deve essere fornito completo di piastre porta campione riutilizzabili, inoltre deve essere in grado di operare anche con piastre monouso;
- Il sistema, completo, deve consentire successive analisi tassonomiche e di identificazione di specie, analisi di cluster e generazione di dendrogrammi filogenetici (allegare specifica prova documentale);
- Il database deve essere il più completo possibile e con il maggiore numero di specie di interesse clinico;
- Canone di service comprensivo di assistenza tecnica full-risk, matrice, calibrante, piastre per analisi , reagenti , kit e tutto quanto necessario per l'esecuzione delle analisi effettuabili sullo strumento , per un massimo di 15.000 ID/annuo.

Nel preventivo dovrà essere necessariamente specificata la tempistica di consegna e la documentazione tecnica. Il preventivo dovrà tassativamente pervenire tramite pec al indirizzo :protocollo@pec.ospedalerc.it entre le 12:00 di mercoledì 27.05.2020.

Direttore F.F. UOC
Provveditorato- Economato e Gestione Logistica
(Dott.ssa Giuseppina Ambroggio)