



SERVIZIO
SANITARIO
REGIONALE



Grande Ospedale Metropolitano
"Bianchi Melacrino Morelli"
Reggio Calabria



REGIONE CALABRIA

Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

OGGETTO: FONDI POR CALABRIA - AZIONE 1.6.1. Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. Procedura negoziata per la fornitura "chiavi in mano" di un sistema per video laparoscopia ginecologica per la U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia. CUP G34E20008860006. CIG A009E262ED.

VERBALE n.1

L'anno duemilaventitre il giorno 04 del mese di ottobre, alle ore 08,30, presso gli Uffici della U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione Logistica, Via Provinciale Spirito Santo in Reggio Calabria, si è riunita la Commissione di gara nominata con Deliberazione n. 724 del 18/09/2023 per l'aggiudicazione della procedura negoziata in oggetto. =====

Sono presenti per il G.O.M.: =====

- Dr. Marcello Tripodi- Presidente =====
- D.ssa Silvana Ficara - Componente =====
- Dr. Attilio Tuscano - Componente =====
- Dr. Francesco Ferrara - Segretario Verbalizzante =====

Preliminarmente il Segretario Verbalizzante acquisisce - ex art. 93, D. Lgs. n. 36/2023, relativamente all'inesistenza della cause di incompatibilità, e, quindi, all'assenza di eventuale conflitto di interesse, anche potenziale - le dichiarazioni dei componenti della Commissione de qua, allegate al presente verbale. =====

La Commissione prende atto che - alla data del 14.9.2023 alle ore 12:00, termine previsto per la presentazione delle offerte sul MePA relative alla R.D.O. n. 3717969 - sono pervenute le offerte delle seguenti Ditte:

- Olympus
- Dimed

La Commissione procede inizialmente all'esame della documentazione amministrativa che risulta conforme a quanto richiesto e pertanto ammette le ditte partecipanti alla fase successiva di gara.

La Commissione procede alla verifica della documentazione tecnica, depositata sulla piattaforma MePA, dalle Ditte partecipanti e riscontra quanto segue: =====

DIMED SRL: LA Ditta offre strumentazione di marca Karl Storz. Dall'esame della documentazione tecnica presentata, risulta che il sistema offerto è in linea con la richiesta di questo G.O.M.:

1. **"Unità di controllo 4K per connessione a video endoscopi monouso"**

- In linea con le richieste di capitolato = **OTTIMO**

2. **"Videolaparoscopia 3D/2D 10 mm, 0° con il più elevato standard di risoluzione e con le più avanzate metodiche diagnostiche per la chirurgia":**

- Il video laparoscopi 3D/2D offerto ha risoluzione nativa 4K, è dotato di metodica ICG (indo cianina) e dispone di orizzonte automatico, caratteristica sicuramente migliorativa = **OTTIMO**

3. **"Optica 10 mm con il maggior angolo di visione possibile":**





SERVIZIO
SANITARIO
REGIONALE



Grande Ospedale Metropolitano
"Bianchi Melacrino Morelli"
Reggio Calabria



REGIONE CALABRIA

Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

- E' offerta ottica laparoscopica con angolo di visione fino a 90°, in linea con le esigenze operative della nostra UOC, ed anche **migliorativa** per la possibile gestione manuale dell'angolo di visione che può essere variato da 0° a 90° = **OTTIMO**
-
- 4. **"Cavo per illuminazione diam 4,8 lung 550 cm circa":**
 - In linea con le richieste di capitolato = **OTTIMO**
- 5. **"Laparosufflatore ad alto flusso":**
 - Offerto dispositivo da 50 litri min, superiore per portata a quello offerto da altra ditta = **OTTIMO**
- 6. **"n.30 cannule irrigo-aspirazione sterili monouso":**
 - Offerti dispositivi sterili, monouso e nelle giuste quantità richieste, idonee anche per tipologia = **BUONO**
- 1) **"Carrello medicale elettrificato portastista":**
 - Poco ergonomico per dimensioni, morfologia, peso ed ingombri = **SUFFICIENTE**
- 2) **"Assistenza Tecnica full-risk"**
"Previsti numero giorni fermo macchine e strumentario annuo pari a ZERO per apparecchiature e strumentario in sostituzione sempre disponibili per qualsiasi tipo di intervento anche per workshop, congressi e live surgery".

Tempo primo intervento	8h
Tempo di rimessa in servizio	24h
Numero manutenzioni preventive annue	6
Verifiche elettriche e di funzionalità annue	1
Numero di chiamate	Illimitate
Formazione utenti	Illimitate
Numero magazzini ricambi	3
Numero gg fermo macchina e strumenti	0
Apparecchiature e strumentario in sostituzione	
Per riparazione	SI
Per workshop	SI
Per congressi	SI
Per livesurgery	SI
BUONO	

La Commissione pertanto attribuisce alla ditta DIMED il seguente punteggio:

CARATTERISTICHE TECNICHE	PUNTI 38
ERGONOMIA E FACILITA' D'USO	PUNTI 23
ASSISTENZA TECNICA	PUNTI 4
TOTALE PUNTEGGIO	PUNTI 65



SERVIZIO
SANITARIO
REGIONALE



Grande Ospedale Metropolitano
"Bianchi Melacrino Morelli"
Reggio Calabria



REGIONE CALABRIA

Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

- **OLYMPUS ITALIA SRL:** Dalla documentazione tecnica presentata dalla ditta, l'offerta risulta non **NON VALUTABILE** poiché i seguenti dispositivi offerti **NON SONO CONFORMI** alla richiesta di capitolato, tantomeno possono essere considerati equivalenti, idonei e rispondenti alle esigenze degli utilizzatori ai sensi dell'art.79 DLGS n.36/2022 e s.m.i. per i seguenti motivi:

3) **"Unità di controllo 4K per connessione a video endoscopi monouso":**

- L'unità di controllo offerta non consente la connessione di video endoscopi monouso = **NON CONFORME**

4) **"Videolaparoscopia 3D/2D 10 mm, 0° con il più elevato standard di risoluzione e con le più avanzate metodiche diagnostiche per la chirurgia":**

- Non possiede il più elevato standard di risoluzione richiesto che è il 4K. E' un video laparoscopia HD e non 4K come da richiesta di capitolato.
- Non è dotato delle "più avanzate metodiche diagnostiche per la chirurgia" che è il ben noto sistema di visione con ICG (indocianina) oltre a non essere dotato di orizzonte automatico, a differenza di altra offerta. = **NON CONFORME**

5) **"Ottica 10 mm con il maggior angolo di visione possibile":**

- E' offerta ottica laparoscopica standard con angolo di visione 30°, mentre esistono in commercio ottiche con angoli di visione ben superiori come 45° e 90° = **NON CONFORME**

6) **"Cavo per illuminazione diam 4,8 lung 550 cm circa":**

- E' offerto cavo dal diametro decisamente inferiore (4,2 mm) ma soprattutto la lunghezza è di gran lunga inferiore alla richiesta (3 mt contro i 5,5 mt circa richiesti) = **NON CONFORME**

7) **"Laparosufflatore ad alto flusso":**

- Offerto dispositivo da 45lt min, dato inferiore ad altri dispositivi in commercio, offerta da altra ditta (50 litri min) = **INSUFFICIENTE**

8) **"n.30 cannule irriga-aspirazione sterili monouso":**

- Offerta pz.1 a fronte di pz.30 richiesti; offerta cannula poliuso sterilizzabile, e non monouso sterili come richiesto = **NON CONFORME**
Inoltre, essendo i pezzi offerti insufficienti rispetto alla richiesta (pz.1 a fronte di pz. 30 richiesti) il lotto è da ritenersi **INCOMPLETO** pertanto **NON VALUTABILE**

La Commissione, quindi, procede sulla piattaforma MEPA all'esclusione della ditta Olympus e all'apertura dell'offerta della ditta DIMED.

La Ditta DIMED per la fornitura del sistema oggetto della presente gara, offre l'importo di € 149.809,00 oltre iva (€ 182.766,98 iva inclusa);

La Commissione propone l'aggiudicazione del sistema alla ditta DIMED per l'importo di € 149.809,00 oltre iva.

I lavori si concludono alle ore 09,10 =====

[Handwritten signatures and initials]



SERVIZIO
SANITARIO
REGIONALE



Grande Ospedale Metropolitano
"Bianchi Melacrino Morelli"
Reggio Calabria



REGIONE CALABRIA

Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

Del che viene redatto il presente verbale, che, previa lettura, viene confermato e sottoscritto
come segue. =====

Dr. Marcello Tripodi 

D.ssa Silvana Ficara 

Dr. Attilio Tuscano 

Dr. Francesco Ferrara (Segretario Verbalizzante) 

