



**OGGETTO:** FONDI POR CALABRIA - AZIONE 1.6.1. Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. Procedura negoziata per la fornitura di un sistema multidisciplinare a fluorescenza con ICG Open, per la UOSD Blocco Operatorio. CUP G34E20008860006. CIG A02B7FFB79.

**VERBALE n.1**

L'anno duemilaventitre il giorno 5 del mese di dicembre, alle ore 11.00, presso gli Uffici della U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione Logistica, Via Provinciale Spirito Santo in Reggio Calabria, si è riunita la Commissione di gara nominata con Deliberazione n. 984 del 27/11/2023 e ss.mm.ii. per l'aggiudicazione della procedura negoziata in oggetto.

Sono presenti i componenti:

- Dr. Gianluca Carpentieri - Presidente
- Dr. Sebastiano Larizza - Componente
- Dr. Alfredo Verdino - Componente
- Dr. Francesco Ferrara - Segretario Verbalizzante

Preliminarmente il Segretario Verbalizzante acquisisce - ex art. 93, D. Lgs. n. 36/2023, relativamente all'inesistenza della cause di incompatibilità, e, quindi, all'assenza di eventuale conflitto di interesse, anche potenziale - le dichiarazioni dei componenti della Commissione de qua, allegate al presente verbale. =====

La Commissione prende atto che entro il termine previsto per la presentazione delle offerte sul MePA relative alla R.D.O. n. 3846947 è pervenuta l'offerta della ditta Stryker.

La Commissione preliminarmente esamina la documentazione amministrativa presentata dalla ditta offerente che risulta conforme a quanto richiesto e di seguito procede all'esame della documentazione tecnica depositata sulla piattaforma MePA, e stabilisce quanto segue:

- Ditta Stryker: La Commissione dopo l'esame della documentazione tecnica prodotta dalla ditta Stryker, dichiara che il sistema offerto è conforme alla richiesta e procede all'attribuzione dei punteggi come segue:

| <b>Griglia valutazione qualitativa:</b>   | <b>Punteggio max</b> | <b>Punteggio della Commissione</b> |
|---|----------------------|------------------------------------|
| Possibilità di implementazione della piattaforma con fornitura di testina laparoscopica da utilizzare con la stessa centralina chirurgica | 10                   | 10                                 |
| Braccio porta sonda per la chirurgia open da collegare al tavolo operatorio   | 5                    | 5                                  |
| Possibilità di visualizzare la fluorescenza con diverse modalità tra cui quella in scala cromatica  | 25                   | 25                                 |
| Possibilità di quantificare numericamente in real time la quantità di ICG presente nella porzione di tessuto visualizzata                 | 25                   | 25                                 |



**S**ERVIZIO  
**S**ANITARIO  
**R**EGIONALE



**Grande Ospedale Metropolitano  
"Bianchi Melacrino Morelli"**  
Reggio Calabria



REGIONE CALABRIA

Dipartimento Tutela della Salute  
e Politiche Sanitarie

|                            |   |    |
|----------------------------|---|----|
| dal chirurgo               |   |    |
| Pubblicazioni scientifiche | 5 | 5  |
| Totale punteggio           |   | 70 |

Si procede quindi a riportare il punteggio tecnico complessivo della ditta Stryker ed all'apertura dell'offerta economica che di seguito si riporta: =====

| Ragione sociale | Offerte                  |
|-----------------|--------------------------|
| Stryker         | € 128.164,24 = oltre iva |

La Commissione propone l'aggiudicazione della fornitura di cui alla presente procedura di gara, alla ditta Stryker, per l'importo di € 128.164,24.

I lavori si concludono alle ore 16,00. =====

Del che viene redatto il presente verbale, che, previa lettura, viene confermato e sottoscritto come segue. =====

- Dr. Gianluca Carpentieri
- Dr. Sebastiano Larizza
- Dr. Alfredo Verdino
- Dr. Francesco Ferrara