



SERVIZIO
SANITARIO
REGIONALE



Grande Ospedale Metropolitano
"Bianchi Melacrino Morelli"
Reggio Calabria



REGIONE CALABRIA

Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

OGGETTO: FONDI POR CALABRIA - AZIONE 1.6.1. Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. Procedura negoziata per la fornitura di n. 2 generatori di energia per strumenti ad ultrasuoni e radiofrequenza per la UOSD Blocco Operatorio. CUP G34E20008860006. CIG A02E9967B9

L'anno duemilaventitre il giorno 6 del mese di dicembre, alle ore 13,00 presso gli Uffici della U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione Logistica, Via Provinciale Spirito Santo in Reggio Calabria, si è riunita la Commissione di gara nominata con Deliberazione n. 1000 del 29/11/2023 e s.m.i. per l'aggiudicazione della procedura negoziata in oggetto.

Sono presenti i componenti:

- Dr.ssa Sebastiano Fabio Cristiano - Presidente
- Dr. Luigi Mattia - Componente
- Dr. Sebastiano Larizza - Componente
- Dr. Francesco Ferrara - Segretario Verbalizzante

Preliminarmente il Segretario Verbalizzante acquisisce - ex art. 93, D. Lgs. n. 36/2023, relativamente all'inesistenza della cause di incompatibilità, e, quindi, all'assenza di eventuale conflitto di interesse, anche potenziale - le dichiarazioni dei componenti della Commissione de qua, allegate al presente verbale. =====

La Commissione prende atto che entro il termine previsto per la presentazione delle offerte sul MePA relative alla R.D.O. n. 3861945 sono pervenute le offerte delle ditte Olympus e Johnson & Johnson.

La Commissione preliminarmente esamina la documentazione amministrativa presentata dalle ditte offerenti che risulta conforme a quanto richiesto e di seguito procede all'esame della documentazione tecnica depositata sulla piattaforma MePA.

Ditta Olympus. La Commissione, dopo l'esame della documentazione tecnica prodotta dalla ditta Olympus dichiara che i generatori offerti sono conformi alla richiesta e procede ad unanimità, all'attribuzione dei punteggi come segue:

Parametri valutazione	Punti max	Giudizio Commissione	Punteggio Commissione
Corrispondenza delle caratteristiche e delle modalità elettrochirurgiche richieste	35	Buono - utilizza 2 generatori e non 1	26,25
Tecnologia di adattamento al tessuto (ATT) ed algoritmo di monitoraggio attivamente le condizioni del tessuto tra le branche dello strumento	15	Buono	11,25
Semplicità ed ergonomia di utilizzo	10	Buono si avvale di n. 2 generatori	7,5
Corrispondenza immediata del codice errore e software di risoluzione.	5	insufficiente Non si rileva la documentazione	0
Facile aggiornamento software direttamente in sala operatoria per compatibilità con futuri dispositivi ed applicazioni.	5	Insufficiente Non si rileva dalla documentazione	0
Ditta Olympus punteggio complessivo totale			45

Via Provinciale Spirito Santo n. 24 - Cap. 89128 Città: Reggio Calabria pec: protocollo@pec.ospedalerc.it -

web: www.ospedalerc.it

P.Iva/CF: 01367190806



Ditta Johnson & Johnson. La Commissione, dopo l'esame della documentazione tecnica prodotta dalla ditta Johnson & Johnson dichiara che i generatori offerti sono conformi alla richiesta e procede ad unanimità, all'attribuzione dei punteggi come segue:

Parametri valutazione	Punti max	Giudizio Commissione	Punteggio Commissione
Corrispondenza delle caratteristiche e delle modalità elettrochirurgiche richieste	35	ottimo	35
Tecnologia di adattamento al tessuto (ATT) ed algoritmo di monitoraggio attivamente le condizioni del tessuto tra le branche dello strumento	15	ottimo	15
Semplicità ed ergonomia di utilizzo	10	ottimo	10
Corrispondenza immediata del codice errore e software di risoluzione	5	ottimo	5
Facile aggiornamento software direttamente in sala operatoria per compatibilità con futuri dispositivi ed applicazioni	5	ottimo	5
Ditta Olympus punteggio complessivo totale			70

Si procede quindi a riportare sulla piattaforma MEPA, i punteggi tecnici attribuiti dalla Commissione ed all'apertura dell'offerta economica.

La ditta Olympus offre l'importo complessivo di € _____ oltre iva;

La ditta Johnson & Johnson offre l'importo complessivo di € _____ oltre iva;




Dalla graduatoria elaborata dalla piattaforma MEPA evince quanto segue: =====

Lotto	Ditta	Punteggio qualità	Prezzo offerto	Punteggio economico	Punteggio totale
1	Olympus	45	29.960,31	30	75
	Johnson & Johnson	70	50.300,00	17,86	87,87

La Commissione propone l'aggiudicazione della fornitura di cui alla presente procedura di gara, alla ditta Johnson & Johnson, per l'importo di € 50.300,00: oltre iva che ha ottenuto il punteggio più alto di 87,87 punti.

I lavori si concludono alle ore 14,26

Del che viene redatto il presente verbale, che, previa lettura, viene confermato e sottoscritto come segue.

- Dr. Sebastiano Fabio Cristiano 
- Dr. Luigi Mattia 
- Dr. Sebastiano Larizza 
- Dr. Francesco Ferrara 