



OGGETTO: FONDI POR CALABRIA - AZIONE 1.6.1. Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. Procedura negoziata per la fornitura di n.1 tavolo operatorio per otorinolaringoiatria. CUP G34E20008860006. CIG A02EB142F7.

L'anno duemilaventitre il giorno 6 del mese di dicembre, alle ore 09,00 presso gli Uffici della U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione Logistica, Via Provinciale Spirito Santo in Reggio Calabria, si è riunita la Commissione di gara nominata con Deliberazione n. 958 del 21/11/2023 e s.m.i. per l'aggiudicazione della procedura negoziata in oggetto.

Sono presenti i componenti:

- Dr. Giancarlo Cannizzaro - Presidente
- Dr.ssa Teresa Franco - Componente
- Dr. Vincenzo Loiacono - Componente
- Dr. Francesco Ferrara - Segretario Verbalizzante

Preliminarmente il Segretario Verbalizzante acquisisce - ex art. 93, D. Lgs. n. 36/2023, relativamente all'inesistenza della cause di incompatibilità, e, quindi, all'assenza di eventuale conflitto di interesse, anche potenziale - le dichiarazioni dei componenti della Commissione de qua, allegate al presente verbale. =====

La Commissione prende atto che entro il termine previsto per la presentazione delle offerte sul MePA relative alla R.D.O. n. 3862123 sono pervenute le offerte delle ditte Endotec e Arga Medicali.


La Commissione preliminarmente esamina la documentazione amministrativa presentata dalle ditte offerenti che risulta conforme a quanto richiesto e di seguito procede all'esame della documentazione tecnica depositata sulla piattaforma MePA.

**Ditta Endotec.** La Commissione, dopo l'esame della documentazione tecnica prodotta dalla ditta Endotec dichiara che l'apparecchiatura offerta è conforme alla richiesta e procede ad unanimità, all'attribuzione dei punteggi come segue:

	Max punti	Giudizio Commissione	Punteggio Commissione
Basamento possibilmente con 4 ruote integrate ed a scomparsa, che consenta la movimentazione della colonna o dell'intero sistema possibilmente senza l'ausilio di ulteriori carrelli/attrezzature	15	Buono	11,25
Basamento ispezionabile per pulizia ruote	10	Ottimo	10
Cuscini con elevata proprietà antidecubito ed alta resistenza allo strappo	10	Ottimo	10
Elevato grado di protezione infiltrazione liquidi del piano operatorio(IPX)	5	Ottimo	5
Tasto dedicato per la pulizia della colonna anche in assenza di piano operatorio	2	Ottimo	2
Tempo di ricarica delle batterie ed autonomia	5	Ottimo	5

*Per me con me* *U. Ferrara*





Telecomando IR dotato di display per la visualizzazione di allarmi, errori, gradi d'inclinazioni (trend-antitrend, tilt laterale, e piano schiena), stato batteria della colonna e della stessa pulsantiera preferibilmente con doppio ricevitore sulla colonna, possibilmente con differenziazione di colore per le diverse parti da movimentare.	5	Ottimo	5
Possibilità di memorizzare almeno 20 posizioni e memoria rapida per la memorizzazione di una posizione temporanea	2	Ottimo	2
Velocità dei movimenti regolabile con tasto dedicato sul telecomando	3	Ottimo	3
Facilità dei sistemi di aggancio delle diverse sezioni, con pulsanti e leve facilmente individuabili.  Morsetti per fissaggio accessori dotati di sistema di aggancio/sgancio rapido privo di sistemi a vite	5	Ottimo	5
Sezione gambe in quattro sezioni, divaricabili trasformabile in inginocchiatore	5	Ottimo	5
Numero mesi garanzia ed assistenza full risk superiore a 36 mesi	3	Ottimo	3
Ditta Endotec totale punteggio			66,25


**Ditta Arga Medicali**. La Commissione, dopo l'esame della documentazione tecnica prodotta dalla ditta Arga Medicali dichiara che l'apparecchiatura offerta è conforme alla richiesta e procede ad unanimità, all'attribuzione dei punteggi come segue:

	Max punti	Giudizio Commissione	Punteggio Commissione
Basamento possibilmente con 4 ruote integrate ed a scomparsa, che consenta la movimentazione della colonna o dell'intero sistema possibilmente senza l'ausilio di ulteriori carrelli/attrezzature	15	Ottimo	15
Basamento ispezionabile per pulizia ruote	10	Ottimo	10
Cuscini con elevata proprietà antidecubito ed alta resistenza allo strappo	10	Ottimo	10
Elevato grado di protezione infiltrazione liquidi del piano operatorio(IPX)	5	Ottimo	5

*Arga Medicali*

*[Signature]*





Tasto dedicato per la pulizia della colonna anche in assenza di piano operatorio	2	Sufficiente	1
Tempo di ricarica delle batterie ed autonomia	5	Sufficiente	2,5
Telecomando IR dotato di display per la visualizzazione di allarmi, errori, gradi d'inclinazioni (trend-antitrend, tilt laterale, e piano schiena), stato batteria della colonna e della stessa pulsantiera preferibilmente con doppio ricevitore sulla colonna, possibilmente con differenziazione di colore per le diverse parti da movimentare.	5	Ottimo	5
Possibilità di memorizzare almeno 20 posizioni e memoria rapida per la memorizzazione di una posizione temporanea	2	Sufficiente	1
Velocità dei movimenti regolabile con tasto dedicato sul telecomando	3	Sufficiente	1,5
Facilità dei sistemi di aggancio delle diverse sezioni, con pulsanti e leve facilmente individuabili.  Morsetti per fissaggio accessori dotati di sistema di aggancio/sgancio rapido privo di sistemi a vite	5	Sufficiente	2,5
Sezione gambe in quattro sezioni, divaricabili trasformabile in inginocchiatore	5	Ottimo	5
Numero mesi garanzia ed assistenza full risk superiore a 36 mesi 3	3	Sufficiente	1,5
Ditta Arga Medicali totale punteggio			60

Si procede quindi a riportare sulla piattaforma MEPA, i punteggi tecnici attribuiti dalla Commissione ed all'apertura dell'offerta economica.

La ditta Endotec offre l'importo complessivo di € 115.000,00 oltre iva;

La ditta Arga Medicali offre l'importo complessivo di € 79.539,00 oltre iva;

Dalla graduatoria elaborata dalla piattaforma MEPA evince quanto segue: =====

Lotto	Ditta	Punteggio qualità	Prezzo offerto	Punteggio economico	Punteggio totale
1	<b>Endotec</b>	<b>66,25</b>	<b>115.000,00</b>	<b>20,75</b>	<b>87</b>
	<b>Arga Medicali</b>	<b>60</b>	<b>79.539,00</b>	<b>30</b>	<b>90</b>

La Commissione propone l'aggiudicazione della fornitura di cui alla presente procedura di gara, alla ditta Arga Medicali per l'importo di € 79.539,00 oltre iva che ha ottenuto il punteggio più alto di 90 punti.

I lavori si concludono alle ore 10,30. =====

*[Handwritten signatures]*






**S**ERVIZIO  
**S**ANITARIO  
**R**EGIONALE



Grande Ospedale Metropolitano  
"Bianchi Melacrino Morelli"  
Reggio Calabria



REGIONE CALABRIA

Dipartimento Tutela della Salute  
e Politiche Sanitarie

Del che viene redatto il presente verbale, che, previa lettura, viene confermato e sottoscritto come segue.

- Dr. Giancarlo Cannizzaro *Giancarlo Cannizzaro*
- Dr.ssa Teresa Franco *Teresa Franco*
- Dr. Vincenzo Loiacono *Vincenzo Loiacono*
- Dr. Francesco Ferrara *Francesco Ferrara*