



SERVIZIO
SANITARIO
REGIONALE



Grande Ospedale Metropolitano
"Bianchi Melacrino Morelli"
Reggio Calabria



REGIONE CALABRIA

Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

OGGETTO: **FONDI POR CALABRIA – AZIONE 1.6.1. – Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. Procedura negoziata per la fornitura di n. 2 Lavastrumenti e n. 1 Dispositivo di lavaggio ad ultrasuoni, per la U.O.S.D. Blocco Operatorio. CUP G34E20008860006.**

VERBALE n.1

L'anno duemilaventitre il giorno 13 del mese di Dicembre, alle ore 10.00, presso gli Uffici della U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione Logistica, Via Provinciale Spirito Santo in Reggio Calabria, si è riunita la Commissione di gara nominata con Deliberazione n. 1059 del 14/12/2023 per la procedura negoziata in oggetto. =====

Sono presenti per il G.O.M.: =====

- D.ssa S. Saffioti - Presidente =====
- Dr. S. Failla - Componente =====
- Dr. A. Verdino - Componente =====
- Dr. F. Ferrara - Segretario Verbalizzante =====

Preliminarmente il Segretario Verbalizzante acquisisce - ex art. 93, D. Lgs. n. 36/2023, relativamente all'inesistenza della cause di incompatibilità, e, quindi, all'assenza di eventuale conflitto di interesse, anche potenziale - le dichiarazioni dei componenti della Commissione de qua, allegate al presente verbale. =====

La Commissione prende atto che - alla data del 12.12.2023 alle ore 12:00, termine previsto per la presentazione delle offerte sul MePA relative alla R.D.O. n. 3898601 - sono pervenute le offerte delle seguenti Ditte: ENDOTEC, STEELCO. =====

La Commissione procede all'esame della documentazione amministrativa prodotta dalle ditte partecipanti alla gara, che è conforme a quanto richiesto e pertanto le ditte vengono ammesse alla successiva fase di gara.

La Commissione di seguito prosegue i lavori con l'esame della documentazione tecnica prodotta dalle ditte e depositata sulla piattaforma MePA, ai fini della verifica del contenuto, delle caratteristiche tecniche e dei parametri qualitativi previsti nella griglia di valutazione contenuta nel C.S.A., e dichiara quanto segue: =====

- ENDOTEC.: Dall'esame della documentazione tecnica, risulta che il dispositivo di lavaggio ad ultrasuoni offerto, non è conforme a quanto richiesto, in quanto non dispone, tra l'altro, della termo disinfezione e della disponibilità al trattamento dello strumentario del sistema di chirurgia robotica Da Vinci. **La ditta Endotec viene quindi esclusa dalla successiva fase di gara.**
- STEELCO: dall'esame della documentazione tecnica risulta che la documentazione tecnica presentata è conforme a quanto richiesto dalla documentazione di gara. La Ditta viene ammessa alla fase successiva di gara. =====

La Commissione procede quindi con l'esame della documentazione tecnica presentata da ciascuna ditta e di seguito, all'unanimità assegna i punteggi di qualità, secondo i parametri indicati nelle condizioni di fornitura e di seguito riportati:

STEELCO:

Descrizione parametri qualità	Punteggio massimo	Punteggio attribuito
-------------------------------	-------------------	----------------------



			dalla Commissione
Lavastrumenti	Dotazione di n. 2 taniche per preriscaldamento acqua	15	15
	Ciclo completo veloce e non superiore a 40 minuti compresa asciugatura ad aria calda e forzata	15	15
	Sistema di recupero acqua	10	10
	Quantità programmi disponibili	8	8
	Disponibilità trattamento strumentario chirurgia robotica sistema Xi da Vinci con carrello di lavaggio dedicato e certificazione del sistema intuitive	2	2
Lavaggio ad ultrasuoni	Ultrasuoni e termo disinfezione	8	8
	Modalità di lavaggio: sistema combinato US e flussaggio, doppia girante sul coperchio, quantità di programmi disponibili	7	7
	Capacità cesto di lavaggio (numero di strumenti cavi processabili)	3	3
	Servizio di assistenza tecnica, formazione del personale (sia per le lava strumenti che per la macchina ad ultrasuoni)	2	2

STEELCO – totale punteggio tecnico 70/70 punti

La Commissione, quindi, chiede al Segretario Verbalizzante di procedere tramite piattaforma MEPA, all'apertura dell'offerta economica della ditta Steelco che offre l'importo di € 155.000,00 oltre iva.

La Commissione aggiudica provvisoriamente il lotto di gara, relativamente alla fornitura di *n. 2 Lavastrumenti e n. 1 Dispositivo di lavaggio ad ultrasuoni, per la U.O.S.D. Blocco Operatorio*, alla Ditta Steelco, per un totale complessivo di € 155.000,00 = oltre iva.

I lavori si concludono alle ore 11,00. =====
Del che viene redatto il presente verbale, che, previa lettura, viene confermato e sottoscritto come segue. =====

D. ssa Stefania Saffioti 

Dr. Santo Failla 

Dr. Alfredo Verdino 

Dr. Francesco Ferrara (Segretario Verbalizzante) 

