



REGIONE CALABRIA
AZIENDA OSPEDALIERA
(BIANCHI MELACRINO - MORELLI)
REGGIO CALABRIA

Partita I.V.A. 01367190806

U.O.C. Gestione Forniture, Servizi e Logistica

Reggio Cal. 09 GIU. 2015

Protocollo n° 3004 del 09 GIU. 2015

OGGETTO: Procedura in economia per la fornitura , per anni uno, di kit diagnostici molecolari per la determinazione di agenti patogeni in ospiti immunocompressi e/o sottoposti a trapianto con cellule staminali per il CTMO.-

CHIARIMENTI

Quesito N° 1: Si chiede la possibilità di partecipare con nostri prodotti con tecnologie più evolute.

Risposta Quesito N° 1: I prodotti offerti devono essere conformi alle caratteristiche minime richieste nella lettera d'invito . La procedura non prevede offerte aggiuntive di strumentazione.

Quesito N° 2: Tra le caratteristiche dei kit viene richiesta una tecnica di amplificazione mediante sonde Taqman; tale caratteristica limita la partecipazione di ampio numero di aziende. Si chiede la possibilità, per il principio di equivalenza citato nella legge 163/2006 che regola gli appalti, di offrire kit Real Time con sonde basate su tecnologia diversa da Taqman in grado di garantire le stesse performance.

Risposta Quesito N° 2: Per il principio di equivalenza citato dalla legge 163/2006 si accettano kit Real Time basati su tecnologia diversa da Taqman in grado di garantire la stessa performance.

Quesito N° 3: La richiesta riporta: " Tutti i test offerti devono essere in regola con la direttiva europea 98/79/CE che prevede il marchio CE-IVD". Al fine di poter garantire il marchio CE-IVD come da direttiva citata, si chiede conferma se è richiesta anche l'estrazione e, in caso affermativo, si chiede di specificare la quantità necessaria.

Risposta Quesito N° 3: Non sono stati richiesti kit di estrazione acidi nucleici.

Il Direttore UOC
Gestione Forniture, Servizi e Logistica
(Avv. Angelo Rabotti)