



Azienda Ospedaliera
BIANCHI MELACRINO MORELLI
Reggio Calabria

Partita I.V.A. 01367190806

U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi

Reggio Calabria lì, **10.12.2012**

Protocollo n° **8066** del **10.12.2012**

OGGETTO: CHIARIMENTI - "Procedura in economia per la fornitura e posa in opera di addolcitore osmosi inversa per il C.T.M.O. - Presidio Riuniti".

Chiarimenti pubblicati sul sito aziendale www.ospedalc.it in data 10.12.2012

Chiarimento n°1

< L'impianto richiesto deve essere un impianto automatico di addolcimento per la pompa del vuoto dell'autoclave ad osmosi inversa (per il generatore di vapore dell'autoclave). >

Chiarimento n°2

< Non vi sono restrizioni indicate nella lettera di invito riguardanti il tipo di valvola. >

Chiarimento n°3

< Durezza dell'acqua in ingresso 37° dh; consumo di acqua 20 lt. per l'osmotizzatore a ciclo di sterilizzazione e 200 lt. per l'addolcitore a ciclo di sterilizzazione, per una media di 10 cicli di sterilizzazione al giorno. >

Chiarimento n°4

< La posa in opera prevede anche l'avviamento dell'impianto. >

Chiarimento n°5

< Come indicato nella lettera di invito, l'impianto è destinato al trattamento dell'acqua in ingresso all'autoclave del C.T.M.O.. >

Il Direttore
U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi
(Avv. Angelo Rabotti)