



REGIONE CALABRIA
Azienda Ospedaliera
(Bianchi – Melacrino - Morelli)
REGGIO CALABRIA

Partita I.V.A. 01367190806

U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi

Reggio Cal. 13/04/2011

Protocollo n° 1668 .del 13/04/2011...

OGGETTO: CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI. Procedura aperta per la fornitura di apparecchiature elettromedicali. .

.....

Comunicazioni: Si comunica che il lotto n° 43 “ Ostetricia – tavolo operatorio – codice CIG 115880434F” non sarà aggiudicato per sopraggiunte diverse esigenze.

Chiarimenti:

Quesito n° 1:

“ Qualora per i lotti di ns. interesse non ci fosse la possibilità di produrre uno specifico fatturato dell’ultimo triennio relativo a quanto richiesto nel lotto, in quanto prodotti di nostra nuova commercializzazione, è possibile produrre documentazione prevista dall’art. 49 (avvalimento) della Legge Codice dei Contratti Pubblici N° 163/2006?

Risposta al quesito n° 1: l’avvalimento è consentito ai sensi dell’art. 49 del Dlgs 163/2006 nei limiti e con le modalità previste dallo stesso articolo.

Quesito n° 2 :

“Lotto n° 16 – Litotritore extracorporeo ad onde d’urto ESWL.

“In riferimento alla gara in oggetto, ed in particolare al punto 1 delle caratteristiche tecniche : “Generatore d’onda ESWL di ultima generazione di tipo elettromagnetico, privo di materiale di consumo”, vi chiediamo di voler cortesemente rettificare la sopracitata indicazione tecnica, per la gara in oggetto, estendendola anche alla tecnologia piezoelettrica, e non limitandola quindi alla sola generazione elettromagnetica”.

Risposta al quesito n° 2: Si ribadisce la necessità di acquisire un litotritore con le caratteristiche già esplicitate nel C.S.A. pubblicato.

Quesiti n° 3

Quesito n° 3.1 LOTTO 27 RADIOLOGIA:

- ⇒ Punto 1) E' da intendere come refuso la richiesta di convex con frequenza da 2 MHz a 9 MHz?
- ⇒ Punto 2) La possibilità d'uso di sonde per biopsia si intende "adattatore per biopsia"?
- ⇒ Punto 3) Perché si chiedono nr. 2 sonde lineari aventi caratteristiche equivalenti?

Risposta al quesito n° 3.1: Lotto n°27 Radiologia:

- ⇒ **Punto 1) trattasi di refuso. La frequenza della sonda convex è 3-7,5 MHz;**
- ⇒ **Punto 2) si intende adattatore per biopsia;**
- ⇒ **Punto 3) trattasi di refuso. Da considerare la fornitura di n°1 sonda lineare multifrequenza.**

Quesito n° 3.2 : LOTTO 38 NEONATOLOGIA:

- ⇒ Punto 1) Per sonda TEE si intende TEE pediatrica?
- ⇒ Punto 2) Il sw per aberrazione tissutale è ritenuto necessario nelle applicazioni tipiche della U.O. di TIN?
- ⇒ Punto 3) La sonda volumetrica lineare per quale tipo di applicazione è richiesta?
- ⇒ Punto 4) La sonda settoriale elettronica per esami transcranici in grado di gestire MDC e perfusionn imaging è richiesta per l'utilizzazione presso l'UTIN?

Risposta al quesito n° 3.2: Lotto n°38 Neonatologia:

- ⇒ **Punto 1) si intende TEE pediatrica;**
- ⇒ **Punto2) il sw per aberrazione tissutale non è ritenuto necessario nelle applicazioni tipiche della U.O. di TIN;**
- ⇒ **Punto 3) la sonda volumetrica lineare è richiesta per addome;**
- ⇒ **Punto 4) non è richiesta l'utilizzazione della sonda settoriale elettronica per esami transcranici.**

Quesito n° 3.3: LOTTO 56 NEFROLOGIA:

- ⇒ Punto 1) Il sw per aberrazione tissutale è ritenuto necessario nelle applicazioni tipiche della Nefrologia?
- ⇒ Punto 2) La sonda volumetrica lineare per quale tipo di applicazione è richiesta?

Risposta al quesito n° 3.3: Lotto n°56 Nefrologia:

- ⇒ **Punto1) il sw per aberrazione tissutale non è ritenuto necessario nelle applicazioni tipiche della Nefrologia;**
- ⇒ **Punto 2) la sonda volumetrica lineare è richiesta per addome**

Quesito n° 3.4 - LOTTO N° 35

Dato che per poter partecipare alla procedura in oggetto, sono necessarie, pena l'esclusione, le caratteristiche minime indicate nel capitolato tecnico, con la presente siamo a richiederVi la variazione di alcuni parametri tecnici:

- il sistemadispone di un detettore di 26,5x26,5 cm inferiore alla dimensioni di 30x30 richieste;
- l'angolazione orbitale massima del sistema è 135° contro i 165° richiesti. Questo parametro, inoltre sembra univoco di una sola azienda
- il range dinamico del detettore richiesto è di 84dB, il detettore.....ha un range di 82 dB
- il sistema non dispone di movimento motorizzati (solamente variazione di altezza) e di conseguenza non dispone di sistemi anticollisione.
- Il tubo radiogenonon dispone di raffreddamento liquido

Risposta al quesito n° 3.4:

- **Detettore tipo piatto di dimensioni almeno 30x30cm.; vincolante – richiesta di variazione non accolta.**
- **Ampio range di rotazione orbitale(almeno 165°); non vincolante – richiesta di variazione accolta.**
- **(range dinamico non inferiore a 84 dB); non vincolante – richiesta di variazione accolta.**
- **Sistema motorizzato di attivazione e controllo dei movimenti con sistemi di prevenzione anti-collisione; non vincolante – richiesta di variazione accolta.**
- **Sistema di raffreddamento a mezzo liquido, in grado di mantenere la temperatura operativa a livelli adeguati, anche per procedure lunghe e difficoltose; vincolante – richiesta di variazione non accolta.**

Quesito n° 4: LOTTI N° 38 E 56:

- ⇒ “ In merito ai lotti 38 CIG 1156298F47 e lotto n° 56 CIG 1160235036 avremmo la necessità di comprendere se la richiesta della caratteristica tecnica: monitor da almeno

20 pollici, è vincolante oppure anche un monitor da 19 pollici a corredo può essere esaustivo dato che tutte le altre caratteristiche tecniche sono presenti o migliorative.

Risposta al quesito n° 4:

⇒ Lotto n° 38 Neonatologia: "Monitor LCD da almeno 20 pollici" la caratteristica tecnica 20 pollici non è vincolante; "almeno 20 pollici" è da intendersi "circa 20 pollici".

⇒ Lotto n° 56 Nefrologia: "Monitor LCD da almeno 20 pollici" la caratteristica tecnica 20 pollici non è vincolante; "almeno 20 pollici" è da intendersi "circa 20 pollici".

Quesito n° 5: LOTTO 25 - OTORINO: " se si esamina il lotto 25 del capitolato speciale per l'affidamento della fornitura in oggetto, si vede come venga individuata precisamente una determinata tecnologia di unica produzione, oggetto della negoziazione, nonché la ditta in grado di offrire quei prodotti, dalle caratteristiche sì ben articolate, che conduce ad escludere sostanzialmente dalla partecipazione le ditte concorrenti. Le voci "telecamera HD ...dotata di tecnologia di riproduzione delle immagini NBI (narrow band imaging) e "videorinolaringoscopio terapeutico dotato di funzionalità NBI (narrow band imaging) sono di unica produzione della Ditta". Inoltre le voci "NBI, Visione dello stato sottomucoso con approfondimento della luce verde blu nella struttura cellulare della parete, visione photo dynamic diagnosis, dotazione di una lampada secondaria di emergenza ad inserimento ed accensione automatica", così attentamente descritte e configurate nel loro insieme di lotto unico, individuano inequivocabilmente prodotti di marca, interamente coerente alle caratteristiche sopra citate, sia che vengano considerate singolarmente (NBI) sia e soprattutto nell'insieme delle stesse così come configurate " a lotto unico", tali da impedire a qualsiasi altro produttore di partecipare alla gara in oggetto.

Risposta al quesito n° 5: Le caratteristiche tecniche riportate nell'ALLEGATO "A" del CSA – lotto n°25 Otorino-Sistema per video endoscopia digitale integrata-, non sono vincolanti ai fini della partecipazione e dell'aggiudicazione della gara. Pertanto tutte le offerte saranno valutate in base alle caratteristiche tecniche possedute.

Quesito n° 6: LOTTO n° 41 – U.O.C. Rianimazione – CIG 1158662E1D: chiarimenti relativi ai seguenti punti del capitolato tecnico:

⇒ "Monitor a colori LCD, con elevata risoluzione, dotato di funzione touch screen, modalità full screen con color doppler":

Precisamente, la funzione touch screen risulta essere fondamentale anche in presenza di macchine che presentano comandi integrati nella sonda e nel monitor?

Lo schermo a colori con color doppler è una caratteristica imprescindibile per quanto riguarda la distinzione tra vena e arteria e per effettuare una corretta venipuntura?

⇒ “Sonda pediatrica con caratteristiche tali da consentire l’incannulamento eco-guidato pediatrico”;

La sonda pediatrica espressamente richiesta nel capitolato potrebbe essere sostituita da un’unica sonda che riesca a fare adulti e bambini, senza dover necessariamente disporre di due sonde?

Risposta al quesito n° 6: la funzione touch screen sul monitor e monitor con color doppler:

⇒ **Potranno essere valutate anche macchine che possiedono i comandi non sul monitor ma sulla sonda purché queste diverse disposizioni dei comandi garantiscono all’operatore documentata facilità d’uso.**

⇒ **La presenza del color doppler è una caratteristica utile per distinguere la vena dall’arteria specie nelle fasi dell’apprendimento, la sua presenza non può però essere dichiarata imprescindibile facendo escludere macchine non dotate del color doppler.**

Sonda pediatrica:

⇒ **La sonda pediatrica in aggiunta alla sonda per adulti potrà essere sostituita da una sola sonda purché la stessa possieda precisa e documentata efficacia per l’uso nei bambini.**

Quesito n° 7: Lotto n° 55 iniettore automatico per risonanza magnetica“.....si chiede di voler cortesemente precisare se le caratteristiche del prodotto descritto al lotto n. 55 – iniettore automatico per risonanza magnetica – debbano considerarsi tassative o meramente indicative, nel senso che sia consentito alle Ditte partecipanti di proporre varianti, che, pur adempiendo alla medesima funzione d’uso, presentino caratteristiche tecniche parzialmente diverse. L’iniettore richiesto, infatti, nell’esatta configurazione descritta nel capitolato di gara, identificherebbe, secondo le conoscenze della scrivente, un’apparecchiatura commercializzata da un’unica ditta....”

Risposta al quesito n° 7: Le caratteristiche tecniche riportate nell'ALLEGATO "A" del CSA – lotto n°55 Neuroradiologia-Iniettore automatico per risonanza magnetica-, non sono vincolanti ai fini della partecipazione alla gara. Eventuali proposte di variante con tecnologia equivalente saranno valutate dalla Commissione di gara.

Quesito n° 8: Lotto n° 50 Neurochirurgia "sistema neuro endoscopico per chirurgia e diagnosi tumorale in fotodinamica: "punto n° 2 (N. 1 telecamera 3CCD con zoom ottico a sensibilità minima < 0,05 lux idonea per diagnosi tumorale a fluorescenza, possibilità di utilizzo di testa di telecamera PDD a passo C). Questa Ditta dispone di telecamera a PDD, eventualmente agganciabile a passo C, ma in alternativa alla fluorescenza vorremmo proporre nell'interesse dell'Ospedale, come variante migliorativa, la tecnologia NBI di ultima generazione (Narrow Band Image) per la diagnosi precoce dei tumori....."

Risposta al quesito n° 8: Le caratteristiche tecniche riportate nell'ALLEGATO "A" del CSA – lotto n°50 Neurochirurgia-Sistema Neuroendoscopico per chirurgia e diagnosi tumorale in fotodinamica-, non sono vincolanti ai fini della partecipazione alla gara. Eventuali proposte di variante con tecnologia equivalente saranno valutate dalla Commissione di gara.

Quesito n° 9: lotto n° 49 - Microscopio operatorio per l'U.O.C. di Neurochirurgia - "...le caratteristiche tecniche indicate, e più precisamente:

- *sistema di illuminazione con due fasci luminosi ad angolazione differenziata, coassiale 0° a 6°.*
- *telecamera digitale 3 CCD con alta risoluzione completamente alloggiata all'interno del corpo ottico.*
- *Conservatore laterale binoculare stereoscopico indipendente dalla rotazione anteroposteriore del gruppo ottico*
- *Dispositivo di autofocus incorporato nel gruppo ottico (a raggio laser) e con guida luminosa visibile.*

riferiscono chiaramente ad un unico strumento presente sul mercato e riconducibile ad un'unica Azienda.

Risposta al quesito n° 9: Le caratteristiche tecniche riportate nell'ALLEGATO "A" del CSA – lotto n°49 Neurochirurgia-Microscopio operatorio-, non sono vincolanti ai fini della partecipazione

alla gara. Eventuali offerte con caratteristiche equivalenti saranno ammesse e valutate dalla Commissione di gara

Quesito n° 10 : lotto n° 41 - scanner ad ultrasuoni per venipuntura eco guidata – “sul capitolato di gara, per le caratteristiche tecniche inerenti al lotto in questione, è richiesto, tra le altre cose, quanto segue: un monitor a colori LCD da almeno 10 pollici.....Ciò che dovremmo sapere è se si tratta di caratteristica indispensabile ai fini dell’aggiudicazione o ci è possibile offrire uno strumento con caratteristiche simili e/o sovrapponibili a quanto da Voi richiesto”.

Risposta al quesito n° 10: Le caratteristiche tecniche riportate nell’ALLEGATO “A” del CSA – lotto n°41 U.O.C. Rianimazione-Scanner ad ultrasuoni per venipuntura eco-guidata-, fermo restando i chiarimenti forniti nel quesito n° 6 per lo stesso lotto, non sono vincolanti ai fini della partecipazione alla gara. Eventuali proposte di variante con tecnologia equivalente saranno valutate dalla Commissione di gara.

Quesito n° 11: “ lotto n° 15 Urologia n. 1 sistema di taglio, emostasi e dissezione ad ultrasuoni – per una corretta formulazione dell’offerta con la presente si richiedono i seguenti chiarimenti:

- Punto 1 (frequenza non inferiore a 55,5 KHz). *Questa Ditta* dispone di un dispositivo che lavora ad una frequenza di 47 KHz, frequenza studiata per ottimizzare il *design* delle pinze pluriuso e che non inficia le *performances* di taglio e coagulo, come si evidenzia in letteratura.....
- Punto 7 (disponga di strumentario chirurgico con tecnologia a profilo variabile con accorpamento di tre strumenti in uno solo: strumento a lama affilata, a lama smussa, e a lama piatta). Si intende la possibilità con un unico strumento a effettuare taglio, coagulo e dissezione?
- Punto 8 (disponga di materiale monopaziente). *Questa Ditta* propone manipoli perfettamente sterilizzabili in autoclave, garantendo la sicurezza per il paziente e la possibilità di risparmio per codesta amministrazione”

Risposta al quesito n° 11:

Punto 1) Frequenza non inferiore a circa 55,5 KHz;

Punto 7) Si. Si intende la possibilità di effettuare con unico strumento taglio, coagulo e dissezione;

Punto 8) L’obiettivo del materiale monopaziente è quello di prevedere la maggiore

sicurezza per il paziente. Fermo restando che la sterilizzazione in autoclave degli strumenti garantisce allo stesso modo la loro sterilità

Quesito n° 12: “ si chiede di conoscere se la mancata presentazione di quanto richiesto al punto 4” capacità tecnica e professionale” e precisamente le certificazioni rilasciate dagli istituti o servizi incaricati del controllo di qualità ISO 9001 sia causa di esclusione dalla gara o se è un requisito che influisca sulla determinazione dell’elemento qualità dell’offerta.

A nostro modo di vedere la richiesta di certificazione ISO (con la eventuale esclusione in caso di mancata presentazione) non può che essere riferita a quella del fabbricante per il semplice motivo che la normativa che disciplina gli appalti della Pubblica Amministrazione D.Lgs. 163/2006 lo richiede appunto per tali soggetti e non per i distributori”

Risposta al quesito n° 12: La certificazione, di cui al punto 4 “capacità tecnica e professionale” è richiesta a pena esclusione dalla gara, come si evince dal C.S.A.

Nel caso in cui alla gara partecipi il rivenditore è consentita la presentazione della certificazione ISO 9001 del produttore dell’apparecchiatura offerta.

Quesiti n° 13:

Quesito 13.1 - “documenti amministrativi- capitolato pag. 11 punto 3 – richiedete dichiarazione concernente il fatturato globale d’impresa e l’importo relativo a servizi o forniture nel settore oggetto della gara realizzati negli ultimi tre esercizi (2008-2009-2010). vi chiediamo per quanto riguarda il fatturato globale d’impresa, è possibile far riferimento al triennio 2007-2008-2009, in quanto il bilancio relativo all’anno 2010 non è ancora stato approvato?”

Risposta al quesito n° 13.1 : E’ possibile far riferimento al triennio 2007-2008-2009 qualora il bilancio dell’anno 2010 non sia stato approvato.

Quesito 13.2: Documenti amministrativi – capitolato pag. 13 – richiedete che tutta la documentazione venga numerata progressivamente. E’ possibile numerarla manualmente?

Risposta al quesito n° 13.2: E’ possibile la numerazione manuale

Quesito n° 13.3: documenti tecnici – capitolato pag. 14 punto 11: richiedete elenco delle installazioni del modello proposto presso le aziende Sanitarie e Ospedaliere pubbliche o private eseguite negli anni 2009,2010,2011. Vi chiediamo se è esatto in quanto il 2011 non è un anno completo o se dobbiamo riferirci agli anni 2008,2009,2010.

Risposta al quesito n° 13.3 . si conferma quanto richiesto nel C.S.A. Le installazioni eseguite nell'anno 2011 sono riferite fino alla data di presentazione dell'offerta.

Quesito n° 13.4: “ documenti tecnici – capitolato pag. 14 – richiedete che tutta la documentazione venga numerata progressivamente. E' possibile numerarla manualmente?

Risposta al quesito 13.4: E' possibile la numerazione manuale

Il Direttore U.O.C.
Acquisizione Beni e Servizi
Avv. Angelo Rabotti