

OGGETTO: FONDI POR CALABRIA - AZIONE 1.6.1. Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. Procedura negoziata per la fornitura di n. 2 ecografi top di gamma per procedure in Terapia Intensiva e Anestesia. CUP G34E20008860006. CIG A009E3929B.

VERBALE n.1

L'anno duemilaventitre il giorno 29 del mese di Settembre, alle ore 15,00, presso gli Uffici della U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione Logistica, Via Provinciale Spirito Santo in Reggio Calabria, si è riunita la Commissione di gara nominata con deliberazione n. 721 del 18.9.2023 per l'aggiudicazione della procedura negoziata in oggetto. =====

Sono presenti per il G.O.M.: =====

- Dr. Sebastiano Macheda- Presidente =====
- Dr Eugenio Vadalà - Componente =====
- Dr.Marco Tescione- Componente =====
- Dr. F. Ferrara - Segretario Verbalizzante =====

Preliminarmente il Segretario Verbalizzante acquisisce - ex art. 93, D. Lgs. n. 36/2023, relativamente all'inesistenza della cause di incompatibilità, e, quindi, all'assenza di eventuale conflitto di interesse, anche potenziale - le dichiarazioni dei componenti della Commissione de qua, allegate al presente verbale. =====

La Commissione prende atto che - alla data del 08.9.2023 alle ore 12:00, termine previsto per la presentazione delle offerte sul MePA relative alla R.D.O. n. 3717378- sono pervenute le offerte delle seguenti Ditte: =====

- Disposan, Formedical, IGS Healthcare, Medisol e Siemens Healthcare.

La Commissione chiede al Segretario Verbalizzante di procedere all'apertura della documentazione amministrativa sulla piattaforma MEPA. =====

La Commissione, esaminata la documentazione amministrativa delle ditte partecipanti al lotto di gara, le ammette alla fase successiva di gara. =====

La Commissione procede all'apertura della documentazione tecnica, depositata sulla piattaforma MePA, di ciascuna Ditta partecipante ed ammessa alla fase successiva di gara, ai fini della verifica del contenuto, delle caratteristiche tecniche e dei parametri qualitativi previsti nella griglia di valutazione contenuta nel C.S.A., e stabilisce quanto segue: =====

DITTA DISPOSAN

Criteri Valutazione tecnica	PUNTI	COEFF. COMMISS.	COEFF. COMMISS.	COEFF. COMMISS.	MEDIA COEFF.	TOT.
Caratteristiche sistema: capacità di movimentazione e comodità durante qualsiasi procedura	25	1	1	1	1	25
Pannello operativo sanificabile	8	1	1	1	1	8
Tipologia sonde, tecniche costruttive e robustezza	6	1	1	1	1	6
Rapidità di accensione da	3	1	1	1	1	2



SERVIZIO
SANITARIO
REGIONALE



**Grande Ospedale Metropolitano
"Bianchi Melacrino Morelli"**
Reggio Calabria



REGIONE CALABRIA

Dipartimento: *Iscrizioni della Salute*
e Politiche Sanitarie

<i>spento e stand-by, presenza batteria, autonomia</i>						
<i>Presenza tutorial guida e formativi</i>	8	1	1	1	1	6
<i>Facilità d'uso e programmi preimpostati</i>	8	1	1	1	1	6
<i>Durata garanzia, assistenza tecnica e programma di manutenzione</i>	12	1	1	1	1	12
<i>Punteggio totale</i>	70					65

DISPOSAN SRL: 70 punti

Lo strumento ha una conformazione a "C" che lo rende ottimo nei movimenti tra i letti ed in caso di tutte le procedure da eseguire in rianimazione ed anestesia. Inoltre è l'unico ad avere il display dotato di sistema ibrido che ne permette l'utilizzo sia in orizzontale che in verticale

Ottima la struttura delle sonde che non danno ingombro al sistema, sono dotate di cavo con armatura anti-calpestamento e sono certificate per cadute da 1 mt d'altezza.

Buono è il piano formativo: sono presenti tutorial formativi per qualsiasi specialistica e per qualsiasi fascia di utilizzo: sia scolastico che più avanzato.

Buono è il giudizio sulla facilità d'uso ed i programmi preimpostati per tutte le specialistiche: è dotato di preset automatici senza necessità di dover effettuare impostazioni varie.

Il programma di manutenzione e la garanzia sono ottimi perché forniti per una durata di tempo superiore a quanto richiesto dal capitolato.

DITTA FORMEDICAL

Criteri Valutazione tecnica	PUNTI	COEFF. COMMISS.	COEFF. COMMISS.	COEFF. COMMISS.	MEDIA COEFF.	TOT.
<i>Caratteristiche sistema: capacità di movimentazione e comodità durante qualsiasi procedura</i>	25	0,50	0,50	0,50	0,50	12,50
<i>Pannello operativo sanificabile</i>	8	1	1	1	1	8
<i>Tipologia sonde, tecniche costruttive e robustezza</i>	6	0,75	0,75	0,75	0,75	4,50
<i>Rapidità di accensione da spento e stand-by, presenza batteria, autonomia</i>	3	1	1	1	1	3
<i>Presenza tutorial guida e formativi</i>	8	0,50	0,50	0,50	0,50	4
<i>Facilità d'uso e programmi</i>	8	0,50	0,50	0,50	0,50	4

Via Provinciale Spirito Santo n. 24 - Cap. 89128 Città: Reggio Calabria | tel. +39 0965 397524 | fax +39 0965 397517
email: annamaria.votano@ospedalerc.it - pec: protocollo@pec.ospedalerc.it - web: www.ospedalerc.it
P.Iva | CF: 01367190806



SERVIZIO
SANITARIO
REGIONALE



**Grande Ospedale Metropolitano
"Bianchi Melacrino Morelli"**
Reggio Calabria



REGIONE CALABRIA

Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

<i>preimpostati</i>						
<i>Durata garanzia, assistenza tecnica e programma di manutenzione</i>	12	0,75	0,75	0,75	0,75	9
<i>Punteggio totale</i>	70					45

FORMEDICAL: 45 punti

Capacità di movimentazione sufficiente e relativa comodità durante qualsiasi procedura in base alla sua conformazione.

Le connessioni delle sonde aggiungono ingombro al sistema rendendolo sufficiente.

Presenza sufficiente di tutorial.

Livello sufficiente relativo alla facilità d'uso ed i programmi preimpostati.

Durata garanzia, assistenza tecnica e programma di manutenzione di coefficiente buono.

IGS HEALTHCARE

Criteri Valutazione tecnica	PUNTI	COEFF. COMMISS.	COEFF. COMMISS.	COEFF. COMMISS.	MEDIA COEFF.	TOT.
<i>Caratteristiche sistema: capacità di movimentazione e comodità durante qualsiasi procedura</i>	25	0,50	0,50	0,50	0,50	12,50
<i>Pannello operativo sanificabile</i>	8	1	1	1	1	8
<i>Tipologia sonde, tecniche costruttive e robustezza</i>	6	1	1	1	1	6
<i>Rapidità di accensione da spento e stand-by, presenza batteria, autonomia</i>	3	1	1	1	1	3
<i>Presenza tutorial guida e formativi</i>	8	0,50	0,50	0,50	0,50	4
<i>Facilità d'uso e programmi preimpostati</i>	8	0,50	0,50	0,50	0,50	4
<i>Durata garanzia, assistenza tecnica e programma di manutenzione</i>	12	1	1	1	1	12
<i>Punteggio totale</i>	70					49,50

IGS HEALTHCARE: 49,50 punti

Capacità di movimentazione sufficiente e relativa comodità durante qualsiasi procedura in base alla sua conformazione

Presenza sufficiente di tutorial.

Livello sufficiente relativo alla facilità d'uso ed i programmi preimpostati.



SERVIZIO
SANITARIO
REGIONALE



**Grande Ospedale Metropolitano
"Bianchi Melacrino Morelli"**
Reggio Calabria



REGIONE CALABRIA

Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

Il programma di manutenzione e la garanzia sono ottimi perché forniti per una durata di tempo superiore a quanto richiesto dal capitolato.

MEDISOL

Criteri Valutazione tecnica	PUNTI	COEFF. COMMISS.	COEFF. COMMISS.	COEFF. COMMISS.	MEDIA COEFF.	TOT.
<i>Caratteristiche sistema: capacità di movimentazione e comodità durante qualsiasi procedura</i>	25	0,50	0,50	0,50	0,50	12,50
<i>Pannello operativo sanificabile</i>	8	1	1	1	1	8
<i>Tipologia sonde, tecniche costruttive e robustezza</i>	6	0,50	0,50	0,50	0,50	3
<i>Rapidità di accensione da spento e stand-by, presenza batteria, autonomia</i>	3	1	1	1	1	3
<i>Presenza tutorial guida e formativi</i>	8	0,25	0,25	0,25	0,25	2
<i>Facilità d'uso e programmi preimpostati</i>	8	0,50	0,50	0,50	0,50	4
<i>Durata garanzia, assistenza tecnica e programma di manutenzione</i>	12	0,75	0,75	0,75	0,75	9
<i>Punteggio totale</i>	70					41,50

MEDISOL: 41,50 punti

Capacità di movimentazione sufficiente e relativa comodità durante qualsiasi procedura in base alla sua conformazione

Le sonde sono sufficienti perché presentano tasti non richiesti risultando essere potenzialmente scomodi
Presenza non sufficiente di tutorial.

Livello sufficiente relativo alla facilità d'uso ed i programmi preimpostati.

Durata garanzia, assistenza tecnica e programma di manutenzione di coefficiente buono. Per il secondo e terzo anno offrono garanzia sulla console e su una sola sonda all'anno. L'estensione per altri due anni invece esclude le batterie.

SIEMENS

Criteri Valutazione tecnica	PUNTI	COEFF. COMMISS.	COEFF. COMMISS.	COEFF. COMMISS.	MEDIA COEFF.	TOT.
<i>Caratteristiche sistema: capacità di movimentazione e</i>	25	0,50	0,50	0,50	0,50	12,50



SERVIZIO
SANITARIO
REGIONALE



**Grande Ospedale Metropolitano
"Bianchi Melacrino Morelli"**
Reggio Calabria



Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

REGIONE CALABRIA

<i>comodità durante qualsiasi procedura</i>						
<i>Pannello operativo sanificabile</i>	8	0	0	0	0	0
<i>Tipologia sonde, tecniche costruttive e robustezza</i>	6	0,75	0,75	0,75	0,75	4,5
<i>Rapidità di accensione da spento e stand-by, presenza batteria, autonomia</i>	3	1	1	1	1	3
<i>Presenza tutorial guida e formativi</i>	8	0,75	0,75	0,75	0,75	6
<i>Facilità d'uso e programmi preimpostati</i>	8	0,75	0,75	0,75	0,75	6
<i>Durata garanzia, assistenza tecnica e programma di manutenzione</i>	12	0,75	0,75	0,75	0,75	9
<i>Punteggio totale</i>	70					41

SIEMENS: 33,50 punti

Capacità di movimentazione sufficiente e relativa comodità durante qualsiasi procedura in base alla sua conformazione.

Insufficiente la sanificazione per la presenza di tasti in rilievo e di trackball (richiesta la sua assenza).

Le connessioni delle sonde aggiungono ingombro al sistema rendendolo sufficiente

Presenza di tutorial sufficiente.

Livello discreto relativo alla facilità d'uso ed i programmi preimpostati.

Durata garanzia, assistenza tecnica e programma di manutenzione di coefficiente buono.

La Commissione, quindi, chiede al Segretario Verbalizzante di procedere all'apertura dell'offerta economica.

Ragione sociale	Offerte
Disposan	79.000,00
Formedical	69.600,00
Igs	62.510,00
Medisol	74.000,00
Siemens	71.000,00

Dalla graduatoria elaborata dalla piattaforma MEPA si evince quanto segue: =====

DISPOSAN SRL punteggio complessivo 88,74

IGS HEALTHCARE punteggio complessivo 79,5

FORMEDICAL punteggio complessivo 71,94

SIEMENS punteggio complessivo 67,41

MEDISOL punteggio complessivo 66,84

Via Provinciale Spirito Santo n. 24 - Cap. 89128 Città: Reggio Calabria | tel. +39 0965 397524 | fax +39 0965 397517
email: annamaria.votano@ospedalerc.it - pec: protocollo@pec.ospedalerc.it - web: www.ospedalerc.it

P.Iva/CF: 01367190806



SERVIZIO
SANITARIO
REGIONALE



**Grande Ospedale Metropolitano
"Bianchi Melacrino Morelli"**
Reggio Calabria






REGIONE CALABRIA

Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

La Commissione propone l'aggiudicazione alla Ditta Disposan che ha conseguito il punteggio complessivo più alto, per un totale complessivo di **€ 79.000,00 oltre iva.**

I lavori si concludono alle ore 15,50. =====

Del che viene redatto il presente verbale, che, previa lettura, viene confermato e sottoscritto come segue. =====

- Dr. Sebastiano Macheda 
- Dr Eugenio Vadalà 
- Dr. Marco Tescione 
- Dr. F. Ferrara - 