

## CAPITOLATO TECNICO



**PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS. N° 36/2023, IN MODALITA' TELEMATICA APPLICATION SERVICE PROVIDER (ASP) PER LA FORNITURA IN SOMMINISTRAZIONE, PER ANNI CINQUE, DI MATERIALE DI CONSUMO GENERICO, INDISPENSABILE PER LA CURA DEL NEONATO PREMATURO, PER L'U.O.C. DI NEONATOLOGIA.**

## ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente capitolato disciplina la fornitura in somministrazione, per anni **cinque**, di materiale di consumo generico, indispensabile per la cura del neonato prematuro, per l'U.O.C. di Neonatologia.

### DESCRIZIONE DELLA FORNITURA

Lotto n°1		LOTTO NON DIVISIBILE ---- LISA, set infusionali ----				
Art	Q.tà per anni 5	U.M.	CND	Descrittivo di Minima Richiesto	Importo base Asta	
1	2500	Pz	A03020199	Prolunga in Poliuretano da 10 cm munita di clamp con estremità distale Luer-Lock maschio , estremità prossimale integrata con sistema needle-free con ridottissimo spazio morto (0.02 ml) canale in acciaio inox , molla metallica, tenuta per 360 accessi tempo di permanenza 7 giorni.	€ 112.450,00	
2	4000	Pz	A03020199	Prolunga in Poliuretano da 6 cm a 2 Vie munite di clamp e sistemi needle-free integrato con ridottissimo spazio morto (0.02 ml) canale in acciaio inox , molla metallica, tenuta per 360 accessi tempo di permanenza 7 giorni, su due vie tra la prolunga e il needle-free deve essere integrata anche valvola antiritorno.		
3	4000	Pz	A03020199	Prolunga in Poliuretano da 6 cm a 3 Vie munite di clamp e sistemi needle-free integrato con ridottissimo spazio morto (0.02 ml) canale in acciaio inox , molla metallica, tenuta per 360 accessi tempo di permanenza 7 giorni, su due vie tra la prolunga e il needle-free deve essere integrata anche valvola antiritorno.		
4	2500	Pz	A03020199	Prolunga in Poliuretano da 6 cm a 4 Vie munite di clamp e sistemi needle-free integrato con ridottissimo spazio morto (0.02 ml) canale in acciaio inox , molla metallica, tenuta per 360 accessi tempo di permanenza 7 giorni, su tre vie tra la prolunga e il needle-free deve essere integrata anche valvola antiritorno.		
5	250	Pz	R9099	Sonda per la somministrazione di surfattante in PEBA per il trattamento di neonati prematuri o a termine ad alto rischio o con sindrome da distress respiratorio causata da carenza di surfattante polmonare. Lunghezza 20 cm - 6 Fr con punta extra flessibile ed attacco luer - lock		
Lotto n°2		LOTTO NON DIVISIBILE ---- Accessi vascolari periferici ----				
Art	Q.tà per anni 5	U.M.	CND	Descrittivo di Minima Richiesto	Importo base Asta	
1	5000	Pz	C010199	Ago cannula periferico di sicurezza ad uso pediatrico, neonatale e per pazienti fragili, con mandrino a triplice affilatura e catetere in poliuretano termoplastico, alette, prolunga integrata e raccordo a Y trasparente con vie d'accesso a perfetta tenuta tipo luer lock e doppia valvola needle less a pressione neutra; idoneo per accesso venoso e sottocutaneo, disponibile nelle misure 24Gx19mm (24ml/min), 22Gx19mm (37ml/min).	€ 41.000,00	
2	20000	Pz	C010101020 2	Ago cannula monovia in poliuretano termoplastico, con sistema di sicurezza passivo a doppia protezione contro le punture accidentali e l'esposizione mucocutanea, la cui attivazione è confermata da click udibile, senza valvola di iniezione e senza alette; misura 24Gx19mm (29ml/min).		
Lotto n°3		LOTTO NON DIVISIBILE ---- Medicazioni accessi vascolari ----				
Art	Q.tà per anni 5	U.M.	CND	Descrittivo di Minima Richiesto	Importo base Asta	
1	20000	Pz	M04010202	Medicazioni di fissaggio per cateteri vascolari in film di poliuretano completamente impermeabile con bordo in TNT; deve rappresentare una barriera protettiva contro HIV-1 e HBV; permeabilità al vapore acqueo (MVTR di 7136g/m2/h24); permanenza in situ fino a 7 giorni; misure 3.8 x 4,5 cm		
2	12500	Pz	-	Medicazione sterile in poliuretano trasparente impermeabile ai liquidi e batteri, adesivo ipoallergenico a base acquosa spalmato ad isola in modo da non coprire l'intera superficie, azione di traspirabilità con film a seconda della presenza di umidità sulla cute, MVTR > 3000, barriera contro batteri e virus, bordi arrotondati atraumatica alla rimozione con adesivo non irritante, assenza di lattice e ftalati, misura 6x7 cm.		

					€ 37.100,00
<b>Lotto n°4</b>					
<b>Art</b>	<b>Q.tà per anni 5</b>	<b>U.M.</b>	<b>CND</b>	<b>Descrittivo di Minima Richiesto</b>	<b>Importo base Asta</b>
1	12500	Pz	V0299	Pinzette ombelicali - Cord-Clamp Sterili	€ 2.500,00
<b>Lotto n°5</b>					
<b>Art</b>	<b>Q.tà per anni 5</b>	<b>U.M.</b>	<b>CND</b>	<b>Descrittivo di Minima Richiesto</b>	<b>Importo base Asta</b>
1	3000	Pz	V0201	Mascherina protettive per fototerapia con fascette di fissaggio morbide, per neonati e prematuri, misure micro/small/large	€ 45.000,00
<b>Lotto n°6</b>					
<b>Art</b>	<b>Q.tà per anni 5</b>	<b>U.M.</b>	<b>CND</b>	<b>Descrittivo di Minima Richiesto</b>	<b>Importo base Asta</b>
1	200	Pz	C9005	Stetofonendoscopio neonatale a doppia testa in acciaio inox satinato con archetto biauricolare con molla assemblata all'interno del tubo, anello antifreddo su entrambi i lati. Tubo in PVC	€ 24.000,00
<b>Lotto n°7</b>					
<b>Art</b>	<b>Q.tà per anni 5</b>	<b>U.M.</b>	<b>CND</b>	<b>Descrittivo di Minima Richiesto</b>	<b>Importo base Asta</b>
1	2000	Pz	R03010104	Cuffia a maglia, in cotone di varie misure, per pazienti neonatali dotata di una fascia non elastica con strisce adesive di fissaggio e di supporti per nasocannule o tubi di generatori nCPAP	€ 39.000,00
<b>Lotto n°8</b>					
<b>Art</b>	<b>Q.tà per anni 5</b>	<b>U.M.</b>	<b>CND</b>	<b>Descrittivo di Minima Richiesto</b>	<b>Importo base Asta</b>
1	1000	Pz	A03020102	Sistema di fissaggio per tubi endotracheali neonatali per tubi dal 2 al 4,5 mm	€ 30.000,00
<b>Lotto n°9</b>					
<b>Art</b>	<b>Q.tà per anni 5</b>	<b>U.M.</b>	<b>CND</b>	<b>Descrittivo di Minima Richiesto</b>	<b>Importo base Asta</b>
1	200	Pz	C020599	Elettrodi per ECG a Bottone	€ 2.000,00
<b>Lotto n°10</b>					
<b>Art</b>	<b>Q.tà per anni 5</b>	<b>U.M.</b>	<b>CND</b>	<b>Descrittivo di Minima Richiesto</b>	<b>Importo base Asta</b>
1	250	Pz	A0680	Valvola di Heimlich per drenaggio toracico con manicotto a "becco d'anatra" (valvola anti-ritorno). Impedisce il reflusso permettendo di continuare il drenaggio senza clampaggio che si raccordi direttamente al drenaggio	€ 3.750,00
<b>Lotto n°11</b>					
<b>Art</b>	<b>Q.tà per anni 5</b>	<b>U.M.</b>	<b>CND</b>	<b>Descrittivo di Minima Richiesto</b>	<b>Importo base Asta</b>
1	500	Pz	R0301012	Maschera facciale monouso, latex free, in PVC, con valvola di gonfiaggio, per uso con ventilatori e rianimatori manuali ed automatici. Misura da n. 00 a 1	€ 2.000,00

Lotto n°12						
Art	Q.tà per anni 5	U.M.	CND	Descrittivo di Minima Richiesto	Importo base Asta	
1	500	Pz	V0299	Attenuatore rumore acustico per neonato, durante la RMN	€ 7.500,00	
Lotto n°13						
Art	Q.tà per anni 5	U.M.	CND	Descrittivo di Minima Richiesto	Importo base Asta	
1	100	Pz	R010201	Maschera laringea autopressurizzante monouso sterile in pvc medicale (appositamente progettata) per ventilazione e intubazione con tubi et standard, con connettore removibile con codice colore dotata di uno speciale prolungamento del tubo (di ventilazione) a buco della serratura per il sollevamento dell'epiglottide. Foro ausiliare di sicurezza con presenza di coste per una migliore tenuta completa di stiletto del tipo monouso per la rimozione della maschera e doppio canale per aspirazione. Il palloncino pilota identifica il formato della maschera e fornisce indicazioni tattili precise sul grado di gonfiaggio. Misura 1	€ 2.800,00	
Lotto n°14						
Art	Q.tà per anni 5	U.M.	CND	Descrittivo di Minima Richiesto	Importo base Asta	
1	100	Pz	Z120105	Regolatore di vuoto da 0 a -250 mbar per regolazione dell'aspirazione completo di supporti per il collegamento all'impianto centralizzato	€ 25.000,00	
	0					
Lotto n°15						
Art	Q.tà per anni 5	U.M.	CND	Descrittivo di Minima Richiesto	Importo base Asta	
1	25	Pz	V0299	Destrosio in Gel per trattamento dietetico dell'Ipoglicemia Neonatale	€ 1.000,00	
Lotto n°16						
Art	Q.tà per anni 5	U.M.	CND	Descrittivo di Minima Richiesto	Importo base Asta	
1	12500	Pz	V0104	Sistema per incisione indolore del tallone del neonato per prelievo capillare adeguato avente preferibilmente le seguenti caratteristiche: Disponibile in cinque differenti misure per scegliere la migliore profondità e larghezza di incisione sulla base del peso del bambino. Misure richieste: prematuri ELBW incisione 0,65 x 1,4 mm; Prematuri incisione calibrata 0,85 x 1,75 mm; a termine incisione calibrata 1,0 x 2,5 mm; Neonati incisione calibrata da 1,14 x 2,8 mm; Bambini incisione calibrata da 2,0 x 3,0 mm. La lama deve essere di acciaio chirurgico preferibilmente a doppia affilatura, per un'incisione netta ed indolore con cicatrizzazione rapida. L'incisione deve essere ad arco per un prelievo adeguato di sangue senza ledere le terminazioni nervose. Il sistema dovrebbe prevedere un meccanismo di attivazione senza pressione sul tallone, con comando a molla in acciaio (no plastica) in grado di garantire la massima velocità di esecuzione dell'incisione, a tutto vantaggio della prevenzione del dolore per il neonato e di semplice esecuzione per il personale infermieristico, utilizzabile con una sola mano. Si richiede un confezionamento sterile in blister singoli	€ 31.250,00	
Lotto n°17						
Art	Q.tà per anni 5	U.M.	CND	Descrittivo di Minima Richiesto	Importo base Asta	
1	250	Pz	A0601010201	Sistema di drenaggio toracico tipo PLEUREVAC	€ 4.375,00	
Lotto n°18						
Art	Q.tà per anni 5	U.M.	CND	Descrittivo di Minima Richiesto	Importo base Asta	

1	20000	Pz	R05010101	Sonda ad aspirazione continua e controllata in pvc dehp-fre morbida trasparente con linea o.r.x. Misure 6/ 8/10/Fr	€ 8.000,00
<b>Lotto n°19</b>					
<b>Art</b>	<b>Q.tà per anni 5</b>	<b>U.M.</b>	<b>CND</b>	<b>Descrittivo di Minima Richiesto</b>	<b>Importo base Asta</b>
1	5000	Pz	ADR33	Rubinetto a tre vie, dispositivo medico monouso sterile apirogeno per terapie infusionali, da utilizzare in associazione con altri dispositivi per l'infusione di liquidi e farmaci quali deflussori, pompe, prolunghe. Permette l'interruzione e/o la deviazione dei flussi. Dispositivo Latex Free e privo di ftalati con due connessioni femmina e una maschio con conicità luer del 6% e con rubinetto ruotabile di 360°.	€ 17.500,00
<b>Lotto n°20</b>					
<b>Art</b>	<b>Q.tà per anni 5</b>	<b>U.M.</b>	<b>CND</b>	<b>Descrittivo di Minima Richiesto</b>	<b>Importo base Asta</b>
1	5000	Pz	R01030101	Tubo endotracheale in pvc privo di ftalati, linea radiopaca, non cuffiati, marcatura di riferimento, raccordo 15 mm. Misure 2/ 2,5/ 3/ 3,5/4/4,5 mm	€ 6.000,00
<b>Lotto n°21</b>					
<b>Art</b>	<b>Q.tà per anni 5</b>	<b>U.M.</b>	<b>CND</b>	<b>Descrittivo di Minima Richiesto</b>	<b>Importo base Asta</b>
1	10000	Pz	A060102	Tubo di aspirazione in pvc non conduttivo sterile da cm 200 circa diametro interno da 6 mm completo di adattatori universali per sacche e sondini	€ 30.000,00
<b>Lotto n°22</b>					
<b>Art</b>	<b>Q.tà per anni 5</b>	<b>U.M.</b>	<b>CND</b>	<b>Descrittivo di Minima Richiesto</b>	<b>Importo base Asta</b>
1	500	Pz	V0201	Telo termico in metallina progettato per la prevenzione dell'ipotermia e il mantenimento della normotermia dell'infante, completo di cappuccio per evitare la dispersione termica dalla testa e di chiusura sia longitudinale sia nella parte inferiore per creare un ambiente completamente protetto misura da ( 750 g a 2500 kg )	€ 7.500,00
<b>Lotto n°23</b>					
<b>Art</b>	<b>Q.tà per anni 5</b>	<b>U.M.</b>	<b>CND</b>	<b>Descrittivo di Minima Richiesto</b>	<b>Importo base Asta</b>
1	50	Pz	A06030302	Sistema sterile chiuso di misurazione dell'urina, dedicato alla diuresi e alla valutazione della qualità dell'urina, che permette una misurazione accurata del volume di urina. Contenitore rigido a 3 scomparti con una capienza di 500ml Camera di gocciolamento Pasteur ventilata con valvola anti- reflusso e filtri di ventilazione. Misuratore di precisione 50 ml. Tubi trasparenti con chiusura a scorrimento. Porta per campionamento senza ago sul connettore dei tubi. Molte soluzioni di fissaggio: cinghie a due fori premontate sul contenitore per sospendere il sistema al telaio del letto. Gancio integrato premontato rimovibile sul lato posteriore del contenitore. Sistema con jack a punta pin. Piastra di fissaggio rimovibile. Sacca di ricambio o sacca con beccuccio di drenaggio con valvola anti-reflusso e filtro di sfianto. Connettore a baionetta per un semplice inserimento e un aggancio più facile e sicuro, senza perdite, capienza da 1,5 l. Sacca con chiara identificazione del paziente (già premontata) con una uscita ventilata a croce per diminuire le infezioni incrociate	€ 900,00
<b>Lotto n°24</b>					
<b>Art</b>	<b>Q.tà per anni 5</b>	<b>U.M.</b>	<b>CND</b>	<b>Descrittivo di Minima Richiesto</b>	<b>Importo base Asta</b>

1	100	Pz	U010201	Catetere Foley 2 vie 100% silicone. Catetere a permanenza a punta dritta (nelaton) con palloncino in confezione singola sterile con doppio incarto di sicurezza. Misure neonatali (6-8 Fr)	
					€ 800,00
<b>Lotto n°25</b>					
<b>Art</b>	<b>Q.tà per anni 5</b>	<b>U.M.</b>	<b>CND</b>	<b>Descrittivo di Minima Richiesto</b>	<b>Prezzo Totale</b>
1	250	Pz	R060101	Dispositivo medico, senza ago, per la nebulizzazione di soluzioni topiche per via nasale, che consenta la somministrazione rapida delle soluzioni fisiologiche e saline, tramite nebulizzazione in particelle di grandezza di 30-100 micron di diametro, con adattatore conico morbido che garantisca la tenuta sulla narice e si adatti in modo ergonomico alle narici dei neonati	€ 2.000,00
<b>Lotto n°26</b>					
<b>Art</b>	<b>Q.tà per anni 5</b>	<b>U.M.</b>	<b>CND</b>	<b>Descrittivo di Minima Richiesto</b>	<b>Importo base Asta</b>
1	100	Pz	A060204	Set neonatale per tora e/o paracentesi con catetere punta Pigtail 6 e 8 Fr con valvola antireflusso, fori laterali e sistema a circuito chiuso, introduttore riposizionabile, raccordo luer lock, rubinetto 3 vie	€ 5.000,00
<b>Lotto n°27</b>					
<b>Art</b>	<b>Q.tà per anni 5</b>	<b>U.M.</b>	<b>CND</b>	<b>Descrittivo di Minima Richiesto</b>	<b>Importo base Asta</b>
1	500	Pz	R010380	Supporto in plastica con fascetta a strappo regolabile, piastre di base adesive in schiuma e due nastri di fissaggio in schiuma adesivi, per la stabilizzazione di cannule endotracheali neonatali con diametro interno da 2,5 mm a 4,0 mm, monouso.	€ 10.000,00
<b>Lotto n°28</b>					
<b>Art</b>	<b>Q.tà per anni 5</b>	<b>U.M.</b>	<b>CND</b>	<b>Descrittivo di Minima Richiesto</b>	<b>Importo base Asta</b>
1	150	Pz	V0599	Basic set per procedure ecografiche completo di telo di apertura, coprisonda ed ecogel sterile	€ 1.800,00
<b>Lotto n°29</b>					
<b>Art</b>	<b>Q.tà per anni 5</b>	<b>U.M.</b>	<b>CND</b>	<b>Descrittivo di Minima Richiesto</b>	<b>Importo base Asta</b>
1	1000	Pz	R03020201	Pallone rianimatore monouso realizzato in polimero di SEBS monouso ad elevata elasticità nella decompressione, adatto per neonati < 10 Kg, capacità espulsa: 1 mano: 150 ml, volume pallone: 220 ml; fornito in borsa per il trasporto in plastica richiudibile, completa di mascherina, tubo ossigeno e valvola limita pressione 4,0 kPa H2O.	€ 16.000,00
<b>Lotto n°30</b>					
<b>Art</b>	<b>Q.tà per anni 5</b>	<b>U.M.</b>	<b>CND</b>	<b>Descrittivo di Minima Richiesto</b>	<b>Importo base Asta</b>
1	100	Pz	V0299	Sistema di aspirazione per meconio con attacco su tubo endotracheale, sfiato di controllo per aspirazione intermittente, monouso, sterile, non realizzato con lattice di gomma naturale o DEHP plastificante	€ 1.500,00
<b>Lotto</b>					

<b>n°31</b>					
Art	Q.tà per anni 5	U.M.	CND	Descrittivo di Minima Richiesto	Importo base Asta
1	250	Pz	M0599	Sistema per il fissaggio di tubi endotracheali in poliestere bianco con adesivo a base siliconica di grado medicale. Bloccaggio e sbloccaggio ad incastro del tubo ET tramite arco di cilindro in polietilene con apertura mediale.	€ 1.750,00
<b>Lotto n°32</b>					
Art	Q.tà per anni 5	U.M.	CND	Descrittivo di Minima Richiesto	Importo base Asta
1	250	Pz	A01030103	Aghi per puntura diagnostica lombare con smussatura affilata per una bassa forza di foratura, mandrino montato per ridurre il rischio di carotaggi nel tessuto, prisma incluso nel mozzo dell'ago spinale, supporta l'identificazione del flashback CSF, misure 27G (0.40 x 88 mm), 25G (0.55 x 88 mm), 22 G (0.7 x 88 mm)	€ 375,00
<b>Lotto n°33</b>					
Art	Q.tà per anni 5	U.M.	CND	Descrittivo di Minima Richiesto	Importo base Asta
1	500	Pz	R050102	Catetere per somministrazione del surfactante per una corretta somministrazione attraverso tubo endotracheale, a circuito chiuso composto da: sondino centimetrato con codice colore per una corretta identificazione della profondità protetto da camicia in poliuretano morbido per una maggiore sensibilità di inserzione; etichette indicanti i giorni della settimana; connettori a ridotto spazio morto di diverse misure ch 5-6-7-8.	€ 12.500,00
<b>Lotto n°34</b>					
Art	Q.tà per anni 5	U.M.	CND	Descrittivo di Minima Richiesto	Importo base Asta
1	250	Pz	V0299	Saccarosio flaconcino monouso 24% utile per le manovre e terapie che possono arrecare dolore non prolungato nel tempo a neonati	€ 2.500,00
<b>Lotto n°35</b>					
Art	Q.tà per anni 5	U.M.	CND	Descrittivo di Minima Richiesto	Importo base Asta
1	100	Pz	L031308	Pinze anatomiche corte e lunghe in acciaio di alta qualita' pluriuso	€ 3.000,00
<b>Lotto n°36</b>					
Art	Q.tà per anni 5	U.M.	CND	Descrittivo di Minima Richiesto	Importo base Asta
1	100	Pz	L0104	Forbici chirurgiche in acciaio di alta qualita' pluriuso	€ 3.000,00
<b>Lotto n°37</b>					
Art	Q.tà per anni 5	U.M.	CND	Descrittivo di Minima Richiesto	Importo base Asta
1	100	Pz	L031308	Pinza porta aghi in acciaio di alta qualita' pluriuso	€ 3.000,00
<b>Lotto n°38</b>					

Art	Q.tà per anni 5	U.M.	CND	Descrittivo di Minima Richiesto	Importo base Asta
1	100	Pz	L031309	Pinze chirurgiche corte e lunghe in acciaio di alta qualita' pluriuso	€ 3.000,00
<b>Lotto n°39</b>					
Art	Q.tà per anni 5	U.M.	CND	Descrittivo di Minima Richiesto	Importo base Asta
1	100	Pz	L031309	Pinza modello college curva a punta sottile in acciaio di alta qualita' pluriuso	€ 1.500,00
<b>Lotto n°40</b>					
Art	Q.tà per anni 5	U.M.	CND	Descrittivo di Minima Richiesto	Importo base Asta
1	75	Pz	L031309	Pinza Magil sterilizzabile in autoclave misure 17 cm e 20 cm	€ 2.250,00
<b>Lotto n°41</b>					
Art	Q.tà per anni 5	U.M.	CND	Descrittivo di Minima Richiesto	Importo base Asta
1	200	Pz	R9099	Lame Miller per Laringoscopio a Led (00, 0, 1) pluriuso	€ 24.000,00
<b>Lotto n°42</b>					
Art	Q.tà per anni 5	U.M.	CND	Descrittivo di Minima Richiesto	Importo base Asta
1	100	Pz	R9099	Manico per laringoscopio, luce fredda a Led con fibre ottiche con batterie di tipo A (neonato). Leggero e maneggevole conformi alla normativa ISO7376	€ 10.000,00
<b>Lotto n°43</b>					
Art	Q.tà per anni 5	U.M.	CND	Descrittivo di Minima Richiesto	Importo base Asta
1	50	Pz	B99	Set completo per materiale exanguinotrasfusione per neonato	€ 5.500,00
<b>Lotto n°44</b>					
Art	Q.tà per anni 5	U.M.	CND	Descrittivo di Minima Richiesto	Importo base Asta
1	500	Pz	R010380	Mandriani per tubi endotracheali in alluminio plastificato malleabile, tipo neonatale	€ 1.000,00
<b>Lotto n°45</b>					
<p><b>LOTTO NON DIVISIBILE</b> Sistema per nutrizione enterale di sicurezza per pazienti neonati e prematuri conforme allo Standard ISO 80369-1 per la prevenzione dei rischi di connessione accidentale con altre applicazioni cliniche. Le connessioni del sistema devono essere di piccole dimensioni e prive di spigoli per il massimo confort dei piccolissimi pazienti e devono assicurare una elevata accuratezza nella somministrazione di piccoli volumi con riduzione drastica del rischio di sovradosaggio. Tutte le voci del presente lotto devono intendersi: " Per nutrizione enterale di sicurezza con connettore arrotondato (OVALE) NON LUER ed a bassissimo volume morto " -</p>					
Art	Q.tà per anni 5	U.M.	CND	Descrittivo di Minima Richiesto	Importo base Asta



1	12500	Pz	G02020102	Sonda in PVC ch 4/5/6/8/10		
2	12500	Pz	G02020102	Sonda in PUR ch 4/5/6/8/10		
3	1250	Pz	G02020102	Sonda in SI ch 4/5/6/8/10		
4	250	Pz	V028001	Rubinetti a tre vie		
5	12500	Pz	A020108	Siringhe da 2,5 ml		
6	12500	Pz	A020108	Siringhe da 5 ml		
7	12500	Pz	A020108	Siringhe da 10 ml		
8	20000	Pz	A020108	Siringhe da 20 ml		
9	15000	Pz	A020108	Siringhe da 60 ml		
10	25000	Pz	V028001	Tappo di chiusura per siringhe		
11	12500	Pz	V028001	Tappi ventilati		
12	5000	Pz	V028001	Prolunga da 150 cm per collegamento sacche		
13	250	Pz	V028001	Prolunga con adattatore femmina per collegamento a sistema di aspirazione per decompressione		
14	1250	Pz	V028001	Cannule per prelievo		
15	2500	Pz	M04010299	Dispositivo di Fissaggio		
16	50	Pz	Z12030302	Pompa a siringa per sistema di sicurezza di alimentazione enterale (la ditta aggiudicataria dovrà fornire il quantitativo richiesto per la durata di copertura della gara) USO GRATUITO		
					€ 259.700,00	
<b>Lotto n°46</b>		<b>LOTTO NON DIVISIBILE ---- Sistema di Aspirazione ----</b>				
<b>Art</b>	<b>Q.tà per anni 5</b>	<b>U.M.</b>	<b>CND</b>	<b>Descrittivo di Minima Richiesto</b>	<b>Importo base Asta</b>	
1	2500	Pz	R0580	Sistema che permetta la decontaminazione del circuito di bronco aspirazione completo di contenitore da un litro in polietilene con filtro aria antibatterico e di tappo con cannula pescante con valvola che consenta il controllo dell'aspirazione a circuito chiuso		
2	100	Pz	R0899	Supporto in metallo per l'alloggiamento del sistema di decontaminazione completo di aggancio per barra		
					€ 20.650,00	
<b>Lotto n°47</b>		<b>LOTTO NON DIVISIBILE ----- Materiale per supporto device -----</b>				
<b>Art</b>	<b>Q.tà per anni 5</b>	<b>U.M.</b>	<b>CND</b>	<b>Descrittivo di Minima Richiesto</b>	<b>Importo base Asta</b>	
1	250	Pz	V0299	Cerotto a nastro all'idrocolloide in rotolo alt. 2 cm circa tipo neobond		
2	3500	Pz	R030180	Supporto e protezione per cannula nasale CPAP micro/small/large tipo neoseal		
3	2500	Pz	V0299	Elettrodi ECG Neonatali, pre-gellati in idrocolloide e idrogel, radiolucenti, tre derivazioni		
4	2500	Pz	V0299	Micro elettrodi ECG Neonatali, pre-gellati in idrocolloide e idrogel, radiolucenti, tre derivazioni		
					€ 60.250,00	
<b>Lotto n°48</b>						

Art	Q.tà per anni 5	U.M.	CND	Descrittivo di Minima Richiesto	Importo base Asta
1	10000	Pz	M9003	Salviette universali monodose pre-imbevute per la rimozione di adesivo non irritante, ipoallergenico, universale atossico, a base di alcool isopropilico, c10-11 isoparaffina, metil etere di glicole dipropilenico, c10-11 isoparaffina, estratto di aloe	€ 3.000,00
<b>Lotto n°49</b>					
Art	Q.tà per anni 5	U.M.	CND	Descrittivo di Minima Richiesto	Importo base Asta
1	5000	Pz	M9003	Benda elastica autofissante, ideale per il fissaggio di medicazioni, non necessita di ferma benda, aderisce su se stessa.	€ 15.000,00
<b>Lotto n°50</b>					
Art	Q.tà per anni 5	U.M.	CND	Descrittivo di Minima Richiesto	Importo base Asta
1	10000	Pz	M04040301	Medicazione cerotti a base di idrocolloidi formata da uno strato interno di idrocolloidi (a diretto contatto con la ferita) contenuti in una matrice di polimeri adesivi e da uno strato di schiuma in poliuretano all'esterno, monouso	€ 140.000,00
<b>Lotto n°51</b>					
Art	Q.tà per anni 5	U.M.	CND	Descrittivo di Minima Richiesto	Importo base Asta
1	1000	Pz	M9003	Flaconi contenenti spray ipoallergenico al silicone per la rimozione delicata ed atraumatica di cerotti e residui di adesivo dalla cute. Formato da una miscela di siliconi (silossani e disiloxane) e propellente idrofluoroalcano(HFA) e trasparente, incolore e deve evaporare rapidamente dalla cute dopo l'utilizzo. Il prodotto deve essere sterile.	€ 40.000,00
<b>Lotto n°52</b>					
Art	Q.tà per anni 5	U.M.	CND	Descrittivo di Minima Richiesto	Importo base Asta
1	2500	Pz	M9003	Film protettivo per la cute con applicatore sterile ipoallergenico imbevuto di fluido al silicone per la protezione della cute dal contatto con: effluenti, liquidi enzimatici e adesivi di medicazioni/dispositivi medici. Applicatore da 3ml.	€ 3.750,00
<b>Lotto n°53</b>					
Art	Q.tà per anni 5	U.M.	CND	Descrittivo di Minima Richiesto	Importo base Asta
1	1000	Pz	R050102	Sistema per la broncoaspirazione a circuito chiuso. Deve permettere la bronco aspirazione dei pazienti neonatali senza interrompere la ventilazione. Con valvola rotante di accesso al paziente che permetta di isolare le vie aeree quando non e' necessario aspirare o quando si effettua la broncoscopia. La sostituzione del catetere di aspirazione deve avvenire senza la necessita' di scollegare il circuito. Possibilita' di lavaggio del sondino attraverso la valvola unidirezionale che blocca l'uscita delle secrezioni. Valvola di controllo dell'aspirazione corredata di tappo rotante (con sistema apri e chiudi) con codice colore. Corredato anche di adattatore per inserimento broncoscopi. Misure per tubi tracheali: ch 5-6-7. Ogni confezione deve essere completa di raccordi per le varie misure di tubi (dalla 2 alla 4,5).	€ 20.000,00

Totale complessivo per anni 5 (cinque)	€ 1.153.450,00
--	----------------

**Si richiede un singolo campione del seguenti LOTTI:**

4	8	10	11	16	23	24	25	26	27
29	31	32	41	42					

Criteria di valutazione	Punti Max
Qualità e caratteristiche del materiale e della manifattura	40
Atraumaticità, resistenza e robustezza dei materiali.	20
Caratteristiche del confezionamento primario (ingombro, resistenza, facilità di apertura, completezza delle informazioni in etichetta, richiudibilità).	5
Organizzazione della fornitura e dell'assistenza tecnica e del servizio offerto pre e post vendita.(allegare apposita relazione dettagliata).	5
<b>TOTALE</b>	<b>70</b>

**Il concorrente è escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla soglia minima di sbarramento per il punteggio tecnico, pari a 42 punti.**

Tutti i beni devono essere consegnati a spese dell'aggiudicatario presso il Presidio Ospedaliero "Riuniti" di questo G.O.M., nei luoghi di utilizzo indicati dal committente in corso di fornitura.

Il materiale oggetto della presente gara dovrà essere conforme alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario, per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, alla importazione ed alla immissione in commercio e al contenuto dell'offerta dell'aggiudicatario.

**Art. 1 - AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO**

Qualora durante il periodo di validità contrattuale, si renda necessario sostituire i prodotti aggiudicati in quanto intervengono circostanze imprevedute ed imprevedibili quali sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità, o che vengano immessi sul mercato nuovi materiali di consumo generico, analoghi a quelli in oggetto della fornitura aggiudicata ma con caratteristiche aggiuntive e migliorative, il fornitore dovrà proporre la sostituzione del dispositivo aggiudicato, specificandone i motivi e fornendo la documentazione necessaria a verificare, in modo agevole, che tutte le funzioni (nessuna esclusa) siano uguali al modello offerto in gara, evidenziando le caratteristiche superiori. Il fornitore dovrà altresì presentare per il nuovo prodotto, tutta la documentazione prevista nel capitolato di gara: dichiarazione di conformità, scheda tecnica, copia dell'etichetta, il listino prezzi depositato alla Camera di Commercio e qualora ritenuto necessario dalla Stazione appaltante, anche la campionatura, secondo le

stesse modalità indicate nel disciplinare di gara; I prodotti offerti in sostituzione devono avere gli stessi requisiti indicati nel capitolato di gara, analoghe indicazioni d'uso, caratteristiche migliorative rispetto a quelli aggiudicati in precedenza e non si devono sovrapporre ad altre tipologie di dispositivi presenti in capitolato. Il prodotto, inoltre deve essere offerto a condizioni economiche non superiori a quelle del prodotto precedentemente aggiudicato.

La Stazione Appaltante, si riserva la facoltà di accettare o meno il prodotto offerto in sostituzione previa valutazione dei motivi che hanno indotto la richiesta di sostituzione e della congruità della documentazione presentata, di verificare che tutti i requisiti (nessuno escluso) siano uguali o superiori rispetto a quelli del dispositivo offerto in gara e che il nuovo dispositivo medico sia ritenuto adeguato alle esigenze degli utilizzatori. La sostituzione dovrà essere formalmente autorizzata da questa Stazione appaltante.

## **ART. 2 – INADEMPIENZE**

Il G.O.M. individua nei Direttori delle UUOCC e nei D.E.C.- i soggetti preposti al controllo dell'esattezza delle prestazioni contrattuali.

In caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse che non comportino per la loro gravità l'immediata risoluzione del contratto, il Grande Ospedale Metropolitano, su segnalazione dei soggetti preposti, contesta, mediante pec, le inadempienze riscontrate ed assegna un termine, non inferiore a dieci giorni, per la presentazione di controdeduzioni. Trascorso tale termine, l'eventuale penale sarà applicata con provvedimento formale della Stazione Appaltante. La suddetta determinazione sarà ritenuta esecutiva, nonostante la proposizione di gravame innanzi all'Autorità giudiziaria. Nel provvedimento si darà contezza delle eventuali giustificazioni prodotte dalla Ditta e delle ragioni per le quali l'Ospedale ritiene di disattenderle.

## **ART.3 – PENALI**

La Ditta aggiudicataria incorre nelle penali previste dal presente articolo in caso di inadempienza, che non comporti per la sua gravità l'immediata risoluzione del contratto, ed in caso di ritardo nelle prestazioni dovute. Le penali per ritardato adempimento sono calcolate ai sensi dell'art. 126 D.Lgs. 36/2023. Per i ritardi, sarà applicata una penale giornaliera pari all' 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento. Qualora il ritardo nell'adempimento determina

un importo massimo della penale superiore al 10%, il contratto si intenderà risolto di diritto, senza necessità di alcuna preventiva diffida o disdetta, e l'Amministrazione, in tal caso, oltre a trattenere il deposito cauzionale definitivo a titolo di penale, provvederà alla fornitura in danno del Fornitore inadempiente, salvo il risarcimento di danni maggiori. Gli inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi verranno contestati per iscritto tramite la PEC indicata, in fase di gara dalla ditta fornitrice, avverso la quale la Ditta avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della contestazione stessa. Resta, in ogni caso, ferma la facoltà della stazione appaltante, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente la fornitura alla Ditta appaltatrice e di affidarla, anche provvisoriamente ad altra Ditta, con costi a carico della parte inadempiente ed immediata escussione della garanzia definitiva. Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 15 (quindici) giorni dalla notifica o dalla ricezione della comunicazione di applicazione. Decorso tale termine la stazione appaltante si rivarrà trattenendo la penale sul corrispettivo della prima fattura utile ovvero sulla garanzia definitiva. In tale ultimo caso la Ditta è tenuta a ripristinare il deposito cauzionale entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del suo utilizzo pena la risoluzione del contratto. L' applicazione delle penali terrà in ogni caso conto delle disposizioni normative vigenti all' momento dell' inadempimento.

#### **ART.4 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA EX ART. 1456 C.C.**

Il contratto si risolve ipso iure con provvedimento motivato dell'organo deliberante del Grande Ospedale Metropolitano, previa comunicazione alla Ditta dell'inizio del procedimento, oltre che nei casi sopra indicati, nei seguenti casi :

- 1) per gravi inadempienze, frode o altro, tali da giustificare l'immediata risoluzione del contratto;
- 2) per motivate esigenze di interesse pubblico specificate nel provvedimento di risoluzione;
- 3) in caso di modifiche soggettive ai sensi dell'art.120 D.Lgs.36/2023 ;
- 4) nel caso del venir meno dopo la stipula del contratto dei requisiti generali previsti dall'art. 94 – 95 – 96 - 97 D.Lgs.n. 36/2023.

L'Amministrazione si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta

misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp, 318cp, 319cp, 319 bis cp, 319 ter cp, 319 quater cp, 320 cp, 322cp, 322 bis cp, 346 bis cp, 353 cp, 353 bis cp.

#### **ART. 5 – DISPOSIZIONI FINALI**

Le Ditte offerenti rimarranno giuridicamente vincolate sin dalla presentazione dell'offerta, mentre l'aggiudicazione della fornitura, che avverrà a giudizio insindacabile di questo Grande Ospedale Metropolitano, non vincolerà la stessa fino a che non sarà stata approvata a norma di legge. Non sono ammesse offerte parziali o difformi a quanto indicato nel presente Capitolato Tecnico. Ai sensi dell'art.68 del R.D. 827/24, sono escluse le offerte provenienti da ditte, anche in A.T.I., che nell'esecuzione di precedenti rapporti, si siano rese colpevoli di negligenza o malafede. Qualora l'aggiudicatario sia un raggruppamento di imprese formalmente costituito, gli adempimenti che nel presente capitolato sono richiesti all'aggiudicatario dell'appalto, debbono intendersi riferiti all'impresa mandataria (capogruppo) o al legale rappresentante della società eventualmente costituita dalle imprese costituenti il raggruppamento. Tutta la documentazione prodotta dovrà essere in lingua italiana. Sia l'intero procedimento, sia l'aggiudicazione della fornitura, saranno espressamente subordinati all'intervenuta approvazione di tutti gli atti relativi. Questo GOM si riserva la facoltà di sospendere, revocare, non aggiudicare la fornitura o aggiudicarla in parte, a suo insindacabile giudizio, senza che le Ditte abbiano nulla a che pretendere nei confronti del Grande Ospedale Metropolitano. Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all'appalto, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione.