



Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO
"Bianchi Melacrino Morelli"
Reggio Calabria



REGIONE CALABRIA

REGIONE CALABRIA
GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO
BIANCHI MELACRINO MORELLI



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Procedura aperta, in modalità telematica Application Service Provider (ASP) per la fornitura in service , per anni cinque , di sistemi di Termoregolazione /Antidecubito necessari durante gli interventi di chirurgia per questo GOM

Sommario

ART 1. OGGETTO DELL'APPALTO	pag. 3
ART 2. IMPORTO E CONDIZIONI DELLA FORNITURA	pag. 3
ART 3. CARATTERISTICHE TECNICHE DEI PRODOTTI, CONFEZIONAMENTO, ETICHETTATURA	pag. 4
ART. 4. CAMPIONATURA	pag. 4
ART 5. REQUISITI DI CONFORMITA'	pag. 5
ART 6. GARANZIA E ASSISTENZA TECNICA POST-VENDITA	pag. 5
ART 7. COMMISSIONE D'ORDINE	pag. 5
ART 8. MODALITÀ DI CONSEGNA	pag. 5
ART 9. CONSEGNA, RITIRO IMBALLAGGI, E COLLAUDO	pag. 6
ART. 10 MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLA FORNITURA	pag. 7
ART.11 - ACCERTAMENTO DI QUALITA' DEI PRODOTTI	pag. 7
ART.12 - EVENTI PARTICOLARI	pag. 8
ART.13 - ADEGUAMENTO NORMATIVO ED AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO	pag. 8
ART.14- CLAUSOLA REVISIONE PREZZI	pag. 9
ART.15 - RAPPRESENTANTE DELLA DITTA	pag. 9
ART 16- CLAUSOLA LIMITATIVA DELLA PROPONIBILITA' DI ECCEZIONI	pag. 9
ART 17-. INADEMPIENZE	pag. 9
ART. 18- PENALI	pag. 10
ART. 19-FATTURAZIONE E PAGAMENTO	pag. 10
ART. 20- CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA EX ART.1456 C.C	pag. 11
ART. 21-DISPOSIZIONI FINALI	pag. 12

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA, IN MODALITÀ TELEMATICA APPLICATION SERVICE PROVIDER (ASP) PER LA FORNITURA IN SERVICE , PER ANNI CINQUE , DI SISTEMI DI TERMOREGOLAZIONE /ANTIDECUBITO NECESSARI DURANTE GLI INTERVENTI DI CHIRURGIA PER QUESTO GOM.

ART.1- OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente Capitolato disciplina la fornitura in service , di sistemi di Termoregolazione /Antidecubito necessari durante gli interventi di chirurgia per questo GOM, per un periodo di anni cinque prorogabile per anni uno, decorrente dalla data di stipula del contratto.

Nel caso in cui, nelle more della procedura di aggiudicazione, sia attivata una convenzione CONSIP con prezzi inferiori a quelli posti a base dell'affidamento, questo Grande Ospedale Metropolitano si riserva la facoltà di non aggiudicare la presente procedura ovvero di richiedere al miglior offerente l'allineamento della propria offerta al prezzo massimo di aggiudicazione.

In ogni caso i prezzi non dovranno essere superiori ai prezzi di riferimento dell'Autorità per la Vigilanza dei Contratti di Lavori , Servizi e Forniture (oggi ANAC) , laddove presenti,e , nel caso in cui dovessero essere pubblicati successivamente o dovessero intervenire aggiudicazioni CONSIP a prezzi inferiori, questo G.O.M. si riserva la facoltà di richiedere l'allineamento e, nel caso di diniego, di rescindere il contratto ipso iure.

ART.2- IMPORTO E CONDIZIONI DELLA FORNITURA

L'appalto è costituito da un unico lotto e riguarda fornitura in service , di sistemi di Termoregolazione /Antidecubito necessari durante gli interventi di chirurgia per questo GOM, per un periodo di anni cinque prorogabile per anni uno.

Descrizione	Importo a base d'asta
Fornitura in service , di sistemi di Termoregolazione /Antidecubito necessari durante gli interventi di chirurgia per questo GOM, per un periodo di anni cinque prorogabile per anni uno	€ 687.500,00

Oneri di sicurezza derivanti da rischi interferenziali sono pari a € 0 per l'intera gara.

La fornitura in service , di sistemi di Termoregolazione /Antidecubito deve comprendere:

Caratteristiche del sistema richieste	Quantità quinquennale
<ul style="list-style-type: none"> • Materassini per interventi di chirurgia generale e cardiocirurgia in microfibra traforata; • I Materassini devono essere dotati di microfori di 3,5 μ, per assicurare la diffusione dell'aria termoregolante ubiquitariamente dal telo superiore; • Telo superiore in microfibra permeabile ai liquidi; • Struttura tridimensionale interna in nylon; • La struttura interna 3D in nylon, deve permettere la circolazione dell'aria all'interno di tutto il materassino, inclusa la parte sottostante il corpo del paziente, e deve mantenere il campo operatorio asciutto. • Capacità di assorbire e rimuovere i liquidi (fuoriusciti dal campo operatorio), sino a 500 ml/ora. • La struttura 3D interna deve avere capacità elastica, tale da ridurre le pressioni da contatto, mantenendole mediamente di 16 mmHg; • Portata terapeutica massima almeno a 150 Kg; • I materassini devono essere radiotrasparenti e Latexfree; • Unità riscaldante con range di temperatura da 28°C a 43°C, completo di ruote. Regolazione della temperatura con incrementi +/- 1°C, oltre la temperatura ambiente; • La temperatura desiderata al materassino (calda o fredda), deve poter essere raggiunta entro 4 minuti circa. La temperatura dell'aria impostata e la temperatura rilevata al paziente devono essere mostrate in continuo su due differenti display; • Il flusso d'aria deve essere impostabile su 5 differenti livelli, il livello prescelto deve essere costantemente indicato su un display dedicato; • Terapia pediatrica con tasto preimpostato; • Doppio sensore rilevamento temperatura aria, uno per ciascun tubo; • Allarmi visivi e acustici con indicatori di sicurezza; • Filtro HEPA da 0,2 μ; • Classificazioni MPG IIb; • Manuale d'uso in italiano. <p>CONDIZIONI DEL SERVIZIO</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Consegna dei materassini puliti per ogni seduta operatoria, con conseguente ritiro dei materassini sporchi ad ogni utilizzo; ➤ Unità riscaldante in dotazione per ogni tavolo operatorio; ➤ Assistenza tecnica programmata e a chiamata. 	<p>6.250 unità (di cui n. 3.750 per l'UOC Terapia Intensiva e n. 2.500 per la Cardioanestesia)</p>

I quantitativi riportati nel fabbisogno sono presunti, quindi suscettibili di variazioni in eccesso o in difetto. Il somministratore non ha titolo ad alcuna pretesa in ordine a compensi aggiuntivi in caso di somministrazioni di minor numero.

È facoltà della stazione appaltante, su richiesta del Direttore UOC Terapia Intensiva variare, in aumento o in diminuzione, nei limiti del 20 (venti) per cento del valore del contratto, la fornitura dei prodotti offerti che avverrà agli stessi prezzi patti e condizioni offerti dall'Operatore economico aggiudicatario.

L'offerta dovrà comprendere tutto quanto necessario al corretto funzionamento delle attrezzature che devono rispondere alle normative generali e, in particolare, alla normativa CEI ed essere conformi alle direttive europee sui dispositivi medici 93/42/CEE e smi (ove applicabili) e alle norme nazionali ed internazionali riconosciute per quanto attiene la produzione, l'importazione e l'immissione in commercio e, in generale, a tutte le disposizioni legislative e regolamentari e tecniche inerenti all'oggetto dell'appalto, nonché alle norme di sicurezza nazionali ed internazionali per gli operatori ed i pazienti, ufficialmente riconosciute, anche se non esplicitamente menzionate.

ART.3- CARATTERISTICHE TECNICHE DEI PRODOTTI, CONFEZIONAMENTO, ETICHETTATURA.

I materiali oggetto della presente fornitura devono essere conformi alle norme vigenti in ambito nazionale e comunitario. Le autorizzazioni alla produzione, alla importazione, alla immissione in commercio e all'uso, dovranno rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia all'atto della fornitura, e a tutte quelle che venissero emanate durante il periodo di fornitura.

La fornitura deve rispondere alle vigenti disposizioni legislative in materia, possedere la marcatura CE e soddisfare le disposizioni legislative e regolamentari in materia di tutela della sicurezza.

Eventuali accessori dedicati, classificabili come dispositivi medici, dovranno essere rispondenti ai saggi tecnologici, chimici, fisici, biologici indicati nella F.U. vigente, e relativi supplementi ed aggiornamenti, nonché essere conformi ai requisiti stabiliti dalla direttiva 93/42/CEE sui Dispositivi Medici attuata con il D. Lgs. 24.02.1997, n. 46 e successive modificazioni ed integrazioni.

Le caratteristiche dei prodotti oggetto di fornitura dovranno corrispondere a tutti i requisiti minimi, a pena di esclusione dell'offerta tecnica.

Pertanto non saranno prese in considerazione le offerte che non rispettino le caratteristiche minime descritte o che risultino equivoche o condizionate da clausole non previste.

ART. 4 - CAMPIONATURA

Le Ditte partecipanti alla gara, dovranno essere disponibili, nel caso si rendesse necessario, ad inviare, su richiesta della Commissione giudicatrice campionatura dei prodotti offerti.

ART. 5 - REQUISITI DI CONFORMITA'

L'impresa aggiudicataria si assume l'obbligo di fornire i beni di produzione corrente, nuove di fabbrica, modelli di recente immissione sul mercato, non ricondizionate né riassemblate. Il documento di certificazione CE (dichiarazione e certificato in funzione della procedura di certificazione seguita, redatta dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito nella Comunità Europea, in accordo con quanto indicato nelle direttive europee e disposizioni nazionali applicabili) del bene offerto, deve riportare la classe di isolamento elettrico e la classe di rischio coerente con la destinazione d'uso individuata ed eventuali limitazioni d'uso. Certificazione di conformità a norme nazionali ed internazionali e direttive, se non già

contenuto nella certificazione summenzionata. Si richiede sempre la fornitura di manualistica in italiano, dépliant illustrativi e/o documentazione scientifica.

ART. 6 - GARANZIA E ASSISTENZA TECNICA POST-VENDITA

La fornitura deve contenere tutti i più aggiornati accorgimenti in termini tecnici ed essere prive di difetti dovuti a progettazione, errata esecuzione od installazione e a vizi di materiali impiegati e devono possedere a tutti i requisiti indicati dall'Impresa aggiudicataria nell'offerta e nella documentazione tecnica, nonché in vigore all'atto del collaudo. I beni forniti, a prescindere che siano prodotti dall'Impresa aggiudicataria e da Imprese terze, dovranno essere garantiti dall'Impresa aggiudicataria per tutti i vizi costruttivi ed i difetti di malfunzionamento, per tutta la durata contrattuale, a partire dalla data di collaudo giudicato positivo secondo le procedure di questo GOM. L'Impresa aggiudicataria è tenuta ad eliminare, a proprie spese, tutti i difetti manifestatisi dai beni durante il periodo di garanzia, dipendenti da vizi di costruzione, di installazione, di configurazione, di utilizzo e da difetti dei materiali impiegati. Eventuali difetti/guasti che si manifesteranno sulle apparecchiature e/o sui componenti accessori dovranno essere eliminati, con oneri a totale carico dell'impresa fornitrice.

La data di inizio del periodo di garanzia decorrerà dalla data di sottoscrizione del Verbale di collaudo, risultato positivo, giudicato favorevole secondo le procedure definite da questo GOM.

La garanzia richiesta si intende di tipo "FULL RISK" e si intende di tipo preventiva e correttiva full risk, con regolazione e riparazione in caso di guasto e conseguente ripristino del loro funzionamento ottimale di tutte le tipologie di guasti, ivi COMPRESI danni derivanti da dolo ed utilizzo improprio (es. errata sterilizzazione, cadute accidentali etc). Il tempo di risoluzione del guasto dovrà essere contenuto entro 5 giorni lavorativi, o in caso di tempi superiori dovrà essere fornito muletto sostitutivo.

Durante il periodo di garanzia ed assistenza tecnica full risk, nessun costo imputabile a voci accessorie quali ad esempio "diritto di chiamata, spedizioni, resi" ed altri simili potranno essere imputati.

ART. 7- GRIGLIA DI VALUTAZIONE

1. MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA

L'aggiudicazione sarà effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95 del DLgs 50/2016) prendendo in considerazione i seguenti elementi di valutazione:

- Qualità: Punteggio massimo 70/100
- Prezzo: Punteggio massimo 30/100

La graduatoria dell'offerta, a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sarà determinata dalla somma dei punteggi conseguiti da ciascuna ditta per ognuno degli elementi di valutazione sopra citati, con le modalità di attribuzione dei punteggi di seguito riportate:

a) ELEMENTO QUALITA'

Il punteggio fino ad un massimo di 70/100, previsto per l'elemento qualità, sarà attribuito dalla Commissione giudicatrice come segue:

Voce	Parametro	Punteggio
1	Materassini pluriterapia(antidecubito/antipotermia) ad aria calda per tavolo operatorio, con struttura interna tridimensionale	Max punti 25

2	Telo superiore in microfibra microforato, mantenendo la cute del paziente sempre asciutta	Max punti 20
3	Unità riscaldante con range temperatura da 28° a 43° circa, + temperatura ambiente, munito di display. La dotazione deve comprendere la ventilazione a più velocità, filtri grossolani e un Biofiltro HEPA per la sicurezza dei pazienti.	Max punti 16
4	L'unità riscaldante deve avere , possibilmente 4 ruote+maniglione di spimnta	Max punti 04
5	Portata terapeutica antidecubito, almeno 150 Kg	Max punti 05
	Totale	70

Qualora i documenti di gara riportino marca commerciale del prodotto, brevetti, tipi o indicazione di un'origine o di una produzione determinata, ciò ha come unico scopo quello di consentire alla Ditta concorrente una migliore comprensione delle caratteristiche che il prodotto deve possedere per soddisfare pienamente le esigenze degli utilizzatori. Pertanto, potranno anche essere offerti prodotti di marca diversa da quella indicata, purchè vengano riconosciuti dalla Commissione Giudicatrice equivalenti a quelli indicati, e pertanto idonei e rispondenti alle esigenze degli utilizzatori.

b) ELEMENTO PREZZO

Punteggio massimo per la migliore offerta economica (prezzo): Punti 30/100

I punteggi verranno attribuiti dalla piattaforma MEPA.

I prezzi di aggiudicazione ed i prodotti aggiudicati (tipo, marca, etc.) rimarranno fissi per tutto il periodo della fornitura (validità della fornitura: dal momento della stipula a sistema del MEPA).

Sia l'intero procedimento, sia l'aggiudicazione della fornitura, saranno espressamente subordinati all'intervenuta approvazione di tutti gli atti relativi.

La gara verrà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta.

Questo Punto Ordinate, a suo insindacabile giudizio, potrà anche, qualora lo reputi conveniente per il proprio interesse, non procedere all'aggiudicazione.

Nel caso di affidamenti condotti da CONSIP SpA, dalla S.U.A. Regione Calabria o in caso intervengano prezzi di riferimento ANAC inferiori a quelli aggiudicati con la presente procedura, questa Amministrazione procederà a rinegoziare il prezzo con l'aggiudicataria e procedere alla risoluzione del contratto nel caso in cui il prezzo contrattuale risulti superiore.

ART. 8- COMMISSIONE D'ORDINE

La fornitura dei prodotti e l'indicazione dei luoghi di destinazione saranno disposte esclusivamente dal Direttore della U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione Logistica di questo G.O.M. con apposito ordine di fornitura NSO.

Art.9 - MODALITÀ DI CONSEGNA

La consegna della fornitura avverrà presso la UOC Terapia Intensiva, l'UOSD Cardioanestesia e la Sala Ibrida di questo GOM accompagnata da idoneo documento di trasporto, compilato secondo la legislazione vigente, riportante obbligatoriamente:

- gli estremi dell'ordinativo di fornitura;
- luogo di consegna;

L'eventuale imballaggio usato per la spedizione dovrà essere a norma di legge,

I giorni di consegna sono da concordare con il DEC, il Referente Economato, il Direttore Terapia Intensiva e il Direttore Cardioanestesia di questo GOM.

ART.10- CONSEGNA, RITIRO IMBALLAGGI, E COLLAUDO

Salvo diverse indicazioni che verranno eventualmente comunicate formalmente alla Ditta Aggiudicataria, qui di seguito sono indicati i tempi che la Ditta dovrà rispettare:

- **Consegna e installazione:** NON vi è disponibilità di magazzini di stoccaggio; pertanto, sarà necessario che la consegna e l'installazione siano contestuali; l'installazione deve prevedere, a completa cura e spese della Ditta aggiudicataria, la messa in funzione e le relative prove e verifiche funzionali. Il collaudo verrà effettuato dal personale del GOM incaricato, in presenza di rappresentanti della Ditta Fornitrice; oltre alla corretta installazione, perfetto funzionamento dei sistemi e delle relative attrezzature di supporto e rispondenza della fornitura a quanto ordinato.

Le condizioni indicate sono vincolanti per la buona riuscita del collaudo. La mancanza di una o più condizioni, valutata caso per caso a giudizio della commissione di collaudo, avrà le conseguenze seguenti:

- Sospensione del collaudo con divieto di utilizzo per gravi non conformità rispetto alle condizioni contrattuali di fornitura;
- Sospensione del collaudo ed emissione di un'autorizzazione provvisoria all'uso.

In ogni caso la durata massima della sospensione è fissata in 10 giorni solari consecutivi dalla data di notifica della stessa avvenuta a mezzo pec da personale GOM incaricato.

Nel periodo intercorrente fra la consegna delle apparecchiature ed il collaudo definitivo (compreso periodo di prova in uso clinico), la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere a sua cura e spese alla sostituzione, riparazione e manutenzione di qualsivoglia componente che dovesse risultare difettoso o non adatto all'uso, compresa la sostituzione di quelle parti che dovessero deteriorarsi per il normale uso.

Il verbale del collaudo di accettazione verrà formalizzato dall'UOC Gestione Tecnico Patrimoniale, dalla data di tale verbale decorreranno i termini della fornitura. Il verbale di accettazione potrà, a richiesta, essere consegnato alla ditta.

- **Ritiro e smaltimento di tutti gli imballi e/o contenitori resisi necessari per la consegna e l'installazione delle apparecchiature:** nel più breve tempo possibile e comunque entro e non oltre il periodo di installazione;

La Ditta dovrà consegnare beni nuovi di fabbrica e tutti gli accessori necessari per il corretto funzionamento di quanto offerto.

Questo GOM si riserva, inoltre, la facoltà di effettuare in sede di collaudo ogni altra verifica ritenuta opportuna per valutare tutti gli aspetti necessari ad attestare la rispondenza della fornitura alle esigenze del GOM, a quanto richiesto in Capitolato ed alle eventuali condizioni migliorative offerte dalla Ditta Aggiudicataria, nonché tutti gli aspetti relativi alla sicurezza.

ART.11- MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLA FORNITURA

I tempi per la consegna delle apparecchiature richieste non potranno essere superiori a 15 (quindici) giorni solari complessivi dalla data di emissione dell'ordine di fornitura NSO.

L'Amministrazione si riserva di indicare in fase di ordine una data di consegna successiva qualora sussistano esigenze di coordinamento con eventuali lavori di predisposizione dei locali.

I tempi indicati saranno assunti quali termini per il computo delle penali da applicare per eventuali ritardi.

La fornitura dovrà essere consegnata e collaudata, ove del caso, presso i locali di destinazione, prendendo accordi con Direttore Terapia Intensiva e Cardioanestesia di questo GOM.

La merce viaggia a rischio e pericolo dei fornitori, i quali dovranno, pertanto, adottare tutte le precauzioni necessarie per evitare che la merce stessa subisca avaria durante il trasporto.

La consegna dei beni si intende comprensiva delle attività di imballaggio, trasporto, facchinaggio nei locali, installazione e montaggio. Unitamente ai Beni, il Fornitore contraente, dovrà consegnare la documentazione e la manualistica tecnica e d'uso, quando prevista.

I materiali di consumo oggetto del contratto dovranno essere consegnati a seguito dell'emissione di regolare Commissione d'ordine della Unità Operativa Complessa Provveditorato Economato e Gestione Logistica - nelle qualità e quantità descritte nell'ordinativo stesso- frazionamento ove richiesto- entro otto giorni lavorativi dalla data del ricevimento dell'ordine medesimo. Per particolari casi di urgenza- la Ditta è obbligata a consegnare la merce entro 24/48 ore. La Ditta si impegna a consegnare la merce ordinata senza alcun aggravio di spesa qualora l'importo della commissione d'ordine non dovesse raggiungere il "minimo fatturabile".

il Fornitore contraente si obbliga, a propria cura, spese e rischio, a consegnare i beni all'indirizzo indicato nell'Ordine. Lo scarico merce dovrà avvenire "al piano" e nei locali richiesti da questo GOM.

Tutti i prodotti, (se sottoposti a scadenza) dovranno avere, al momento della consegna, almeno 2/3 della loro validità.

ART.12- ACCERTAMENTO DI QUALITÀ DEI PRODOTTI

In corso di fornitura- questo GOM- tramite il Direttore UOC di Terapia Intensiva, il Direttore UOC di Cardioanestesia o suo incaricato- effettuerà apposite verifiche sui prodotti consegnati allo scopo di verificare la corrispondenza del prodotto inviato alle descrizioni di cui al presente capitolato.

In caso di mancata rispondenza dei prodotti forniti ai requisiti qualitativi prescritti dal capitolato- il G.O.M. li respingerà al fornitore- che dovrà sostenere le spese di verifica e comunque sostituire entro 5 gg il materiale con altro avente i requisiti richiesti.

Mancando o ritardando il fornitore di uniformarsi a tale obbligo- il Grande Ospedale Metropolitano potrà provvedere al reperimento dei prodotti contestati presso altra fonte- addebitando alla Ditta fornitrice l'eventuale maggiore spesa.

Nel caso non fosse possibile periziare tutta la merce all'atto dell'arrivo- la Ditta fornitrice dovrà accettare eventuali contestazioni sulla qualità- quantità e confezionamento del materiale anche a distanza della consegna- quando- cioè- all'apertura dei colli- ne sarà possibile il controllo.

Si precisa, inoltre, che è facoltà del GOM .contestare la merce consegnata, nell'ipotesi di vizio occulto, non rilevabile all'atto della consegna, che si manifesti al momento dell'utilizzo.

ART. 13. ADEGUAMENTO NORMATIVO ED AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO

L'aggiudicataria, per tutta la vigenza del contratto, dovrà garantire, senza oneri per questo GOM l'adeguamento dei beni alle normative vigenti nel tempo introdotte dai competenti organi nazionali ed europei. Lo stesso dicasi per i materiali forniti. In qualunque momento, durante la durata del rapporto contrattuale, le parti possono concordare la sostituzione dei prodotti aggiudicati con altri nuovi dispositivi medici analoghi a quelli oggetto della fornitura purché siano rispettate le seguenti condizioni:

- a) Non si registrino disguidi nella funzionalità dei Servizi interessati e/o aggravio delle condizioni organizzative;
- b) Si tratti di una reale innovazione con un vantaggio qualitativo e/o organizzativo dimostrabile cioè che i nuovi dispositivi presentino migliori caratteristiche di rendimento e funzionalità;
- c) Si acquisisca il parere tecnico favorevole dagli utilizzatori e dalle Unità Operative di questo GOM competenti.

Nell'ipotesi in cui, durante il periodo contrattuale, venissero immessi sul mercato, da parte dell'Impresa aggiudicataria, nuovi dispositivi medici analoghi a quelli oggetto della fornitura, i quali presentino migliori caratteristiche di rendimento e funzionalità, l'Impresa aggiudicataria si impegna a proporre a questo GOM nuovi prodotti in sostituzione e/o affiancamento dei dispositivi aggiudicati, agli stessi prezzi , patti e condizioni dei prodotti aggiudicati.

ART. 14.-CLAUSOLA DI REVISIONE DEI PREZZI

E' prevista la revisione dei prezzi di aggiudicazione a partire dalla seconda annualità di vigenza contrattuale.

I prezzi unitari indicati nell'offerta economica, sulla cui base è conseguita l'aggiudicazione, restano, quindi fissi ed immutati per i primi dodici mesi del contratto, decorsi i quali, su richiesta dell'operatore economico aggiudicatario, questo G.O.M. potrà procedere alla revisione prezzi, ai sensi dell'art. 60, comma del Codice, previa istruttoria condotta in contraddittorio tra il G.O.M. e l'operatore economico aggiudicatario.

Si precisa che, in assenza dei prezzi di riferimento di cui all'art. 222 del Codice, il parametro di riferimento per la revisione sarà dato dall'applicazione dell'indice ISTAT FOI nazionale (l'indice dei prezzi di consumo per le famiglie di operai ed impiegati) disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto.

La revisione dei prezzi è riconosciuta, se le variazioni accertate risultano superiori al 10% rispetto al prezzo originario, solo per l'eccedenza rispetto al 10% e, comunque, in misura pari alla metà.

La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.

ART. 15 - RAPPRESENTANTE DELLA DITTA

La Ditta aggiudicataria dovrà segnalare al Grande Ospedale Metropolitano un rappresentante o incaricato- che in nome e per conto della Ditta dovrà essere responsabile delle attività in corso e di tutti gli

adempimenti previsti dal presente capitolato. In particolare la Ditta dovrà comunicare il nome dell'incaricato con eventuale sostituto- al quale si possa fare riferimento al fine di fronteggiare in qualsiasi momento eventuali situazioni di emergenza.

ART. 16 – CLAUSOLA LIMITATIVA DELLA PROPONIBILITA' DI ECCEZIONI

La Ditta contraente non può opporre, ex art. 1462 c.c., eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta e disciplinata dal presente capitolato.

Tutte le riserve che la Ditta aggiudicataria intende formulare a qualsiasi titolo devono essere documentate e avanzate mediante pec indirizzata al Grande Ospedale Metropolitano.

Non esplicitando le sue riserve nei modi e nei termini sopra indicati, la Ditta decade dal diritto di far valere le riserve stesse.

Le riserve che siano state presentate nei modi e nei termini sopra indicati saranno prese in considerazione del Grande Ospedale Metropolitano che emanerà gli opportuni provvedimenti.

ART. 17 – INADEMPIENZE

Il GOM individua nei Direttori delle UUOCC e nei D.E.C- i soggetti preposti al controllo dell'esattezza delle prestazioni contrattuali.

In caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse che non comportino per la loro gravità l'immediata risoluzione del contratto, il Grande Ospedale Metropolitano, su segnalazione dei soggetti preposti, contesta, mediante pec, le inadempienze riscontrate ed assegna un termine, non inferiore a dieci giorni, per la presentazione di controdeduzioni. Trascorso tale termine, l'eventuale penale sarà applicata con provvedimento formale della Stazione Appaltante.

La suddetta determinazione sarà ritenuta esecutiva, nonostante la proposizione di gravame innanzi all'Autorità giudiziaria.

Nel provvedimento si darà contezza delle eventuali giustificazioni prodotte dalla Ditta e delle ragioni per le quali l'Ospedale ritiene di disattenderle.

ART. 18 - PENALI

La Ditta aggiudicataria incorre nelle penali previste dal presente articolo in caso di inadempienza, che non comporti per la sua gravità l'immediata risoluzione del contratto, ed in caso di ritardo nelle prestazioni dovute. Le penali per ritardato adempimento sono calcolate ai sensi dell'art. 126 D.Lgs. 36/2023.

Per i ritardi, sarà applicata una penale giornaliera pari all' 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento.

Qualora il ritardo nell'adempimento determina un importo massimo della penale superiore al 10%, il contratto si intenderà risolto di diritto, senza necessità di alcuna preventiva diffida o disdetta, e l'Amministrazione, in tal caso, oltre a trattenere il deposito cauzionale definitivo a titolo di penale, provvederà alla fornitura in danno del Fornitore inadempiente, salvo il risarcimento di danni maggiori.

Gli inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi verranno contestati per iscritto tramite la PEC indicata, in fase di gara dalla ditta fornitrice, avverso la quale la Ditta avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della

contestazione stessa. Resta, in ogni caso, ferma la facoltà della stazione appaltante, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente la fornitura alla Ditta appaltatrice e di affidarla, anche provvisoriamente ad altra Ditta, con costi a carico della parte inadempiente ed immediata escussione della garanzia definitiva.

Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 15 (quindici) giorni dalla notifica o dalla ricezione della comunicazione di applicazione. Decorso tale termine la stazione appaltante si rivarrà tratteneendo la penale sul corrispettivo della prima fattura utile ovvero sulla garanzia definitiva. In tale ultimo caso la Ditta è tenuta a ripristinare il deposito cauzionale entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del suo utilizzo pena la risoluzione del contratto.

L'applicazione delle penali terrà in ogni caso conto delle disposizioni normative vigenti all' momento dell' inadempimento.

Art.19- FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Ad ogni consegna, il Fornitore presenterà al Grande Ospedale Metropolitano, regolare fattura con l'indicazione del Codice CIG, il riferimento al numero d'ordine e una copia della bolla di consegna vistata, per ricevuta, dall'incaricato consegnatario dell'Ente.

La ditta aggiudicataria potrà procedere alla fatturazione delle forniture, come di seguito esplicitato:

- Apparecchiatura: solo successivamente all'avvenuto buon esito del relativo collaudo;
- Materiale di consumo: all'accettazione della consegna;

La fatturazione dovrà essere intestata a:

Grande Ospedale Metropolitano " Bianchi Melacrino Morelli"

Via Provinciale Spirito Santo, 24 - 89128 Reggio Calabria

Partita IVA 01367190806

Codice Univoco: UFU090

In deroga a quanto previsto dal Catalogo Elettronico, le fatture emesse dal Fornitore verranno pagate entro 60 giorni dalla data di presentazione della fattura, previa attestazione da parte del Direttore dell'U.O.C. di Farmacia della regolarità e puntualità della fornitura.

Per eventuali controversie giudiziarie di qualsiasi natura, il Foro competente è quello di Reggio Calabria.

ART.20 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA EX ART. 1456 C.C.

Il contratto si risolve ipso iure con provvedimento motivato dell'organo deliberante del Grande Ospedale Metropolitano, previa comunicazione alla Ditta dell'inizio del procedimento, oltre che nei casi sopra indicati, nei seguenti casi :

- 1) per gravi inadempienze, frode o altro, tali da giustificare l'immediata risoluzione del contratto;
- 2) per motivate esigenze di interesse pubblico specificate nel provvedimento di risoluzione;
- 3) in caso di modifiche soggettive ai sensi dell'art.120 D.Lgs.36/2023 ;

- 4) nel caso del venir meno dopo la stipula del contratto dei requisiti generali previsti dall'art. 94-95 D.Lgs. n. 36/2023.

Nei casi di cui ai nn. 1,2, 3, 4, il soggetto aggiudicatario, oltre ad incorrere nell' immediata perdita del deposito cauzionale definitivo, a titolo di penale, è tenuto all'integrale risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti che il G.O.M. deve sopportare per il rimanente periodo contrattuale a seguito dell'affidamento della fornitura alla ditta che segue in graduatoria.

Al verificarsi delle sopra elencate ipotesi la risoluzione si verifica di diritto quando l'Ospedale, conclusa la verifica da parte dell' U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione Logistica delle evenienze di cui sopra, deliberi di avvalersi della clausola risolutiva e di tale volontà ne dia comunicazione scritta alla Ditta aggiudicataria. I rimborsi per i danni provocati saranno trattenuti sulle fatture in corso di pagamento e sulla cauzione.

In ogni caso, sempre ai sensi dell'art. 1456 del cod. civ., il Grande Ospedale Metropolitano può risolvere il contratto di diritto, previa dichiarazione da comunicare al Fornitore, anche nei seguenti casi:

- a) qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara, nel caso in cui vengano meno i requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara;
- b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
- c) allorché il Fornitore si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'art. 124 del D.lgs n.36/2023.;
- d) allorché sia stata pronunciata una sentenza contraria definitiva per un reato che riguardi il comportamento professionale del Fornitore;
- e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro il Grande Ospedale Metropolitano;
- f) allorché la Ditta non osservi gli impegni e gli obblighi assunti con l'accettazione del presente capitolato in tema di comportamento trasparente per tutta la durata del presente appalto, così come previsto dal capitolato;
- g) in tutti gli altri casi di risoluzione previsti dal presente capitolato.

Nessun indennizzo è dovuto all'Appaltatore inadempiente. L'esecuzione in danno non esime l'Appaltatore dalla responsabilità civile in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Il Fornitore che recede dal contratto incorrerà nella perdita del deposito cauzionale, senza poter elevare proteste o eccezioni, salvo la refusione del maggior danno, qualora il deposito non risultasse sufficiente a coprirlo integralmente.

ART. 21 - DISPOSIZIONI FINALI

Le Ditte offerenti rimarranno giuridicamente vincolate sin dalla presentazione dell'offerta, mentre l'aggiudicazione della fornitura, che avverrà a giudizio insindacabile di questo Grande Ospedale Metropolitano, non vincolerà la stessa fino a che non sarà stata approvata a norma di legge.

Non sono ammesse offerte parziali o difformi a quanto indicato nel presente CSA.

Ai sensi dell'art.68 del R.D. 827/24, sono escluse le offerte provenienti da ditte, anche in A.T.I., che nell'esecuzione di precedenti rapporti, si siano rese colpevoli di negligenza o malafede.

Qualora l'aggiudicatario sia un raggruppamento di imprese formalmente costituito, gli adempimenti che nel presente capitolato sono richiesti all'aggiudicatario dell'appalto, debbono intendersi riferiti all'impresa mandataria (capogruppo) o al legale rappresentante della società eventualmente costituita dalle imprese costituenti il raggruppamento.

Tutta la documentazione prodotta dovrà essere in lingua italiana.

Sia l'intero procedimento, sia l'aggiudicazione della fornitura, saranno espressamente subordinati all'intervenuta approvazione di tutti gli atti relativi.

Questo GOM si riserva la facoltà di sospendere, revocare, non aggiudicare la fornitura o aggiudicarla in parte, a suo insindacabile giudizio, senza che le Ditte abbiano nulla a che pretendere nei confronti del Grande Ospedale Metropolitano.

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all'appalto, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione.

