

U.O.C. Provveditorato-Economato e Gestione Logistica

Oggetto: Procedura aperta, ai sensi dell’art. 71 del d.lgs. n. 36/2023, per la fornitura in somministrazione per anni tre di materiale di consumo per le apparecchiature in dotazione all’U.O.C. Terapia Intensiva e Anestesia

CHIARIMENTI N. 2

- ✓ Quesito 1 : In merito alla richiesta da Voi riportata a pag. 5 dell’All. “Capitolato Tecnico: “deve essere in grado di eseguire tutte le tecniche di depurazione renali, convettive/diffuse continue ed intermittenti, emoperfusione, anche con diverse colonne adsorbenti, in area critica in assenza di impianto di osmosi”, per garantire una più ampia partecipazione degli Operatori Economici, si chiede conferma di poter considerare tecniche di “emoperfusione in corso CRRT”

SI CONFERMA DI POTER CONSIDERARE TECNICHE DI EMOPERFUSIONE IN CORSO DI CRRT;

- ✓ Quesito 2: In merito alla richiesta da Voi riportata a pag. 6 dell’All. “Capitolato Tecnico”: presenza di sensore di Hct e SAO2 venoso”: per garantire una più ampia partecipazione degli Operatori Economici, si chiede di eliminare questa richiesta dalle caratteristiche minime e di considerarla solo tra le caratteristiche preferenziali (già presente);

SI ELIMINA DALLE CARATTERISTICHE MINIME E SI CONSIDERA SOLO TRA LE CARATTERISTICHE PREFERENZIALI

- ✓ Quesito 3: In merito alla richiesta da Voi riportata a pag. 6 dell’All. “Capitolato Tecnico”: “possibilità di alti flussi di scambio fino a 16 lt/hr per trattamenti intermittenti ”, per garantire una più ampia partecipazione degli Operatori Economici e considerando che flussi maggiori saranno poi valutati nei requisiti preferenziali, si chiede conferma di poter considerare “Possibilità di alti flussi di scambio di almeno 10 lt/hr per trattamenti intermittenti”;

SI CONFERMA LA POSSIBILITA’ DI ALTI FLUSSI DI SCAMBIO DI ALMENO 10 LT/HR PER TRATTAMENTI INTERMITTENTI