

PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS. N° 36/2023, IN MODALITA' TELEMATICA APPLICATION SERVICE PROVIDER (ASP) PER LA FORNITURA IN SOMMINISTRAZIONE, PER ANNI CINQUE, DI MATERIALE DI CONSUMO GENERICO, INDISPENSABILE PER LA CURA DEL NEONATO PREMATURO, PER L'U.O.C. DI NEONATOLOGIA.

CHIARIMENTI N. 4

QUESITO N. 1

IN RIFERIMENTO ALLA PROCEDURA IN OGGETTO FORMULIAMO I SEGUENTI CHIARIMENTI:

- LE DESCRIZIONI DEI LOTTI 35,36,37,38,39 (STRUMENTARIO) SONO MOLTO GENERICHE, CHIEDIAMO CODICI IN USO E MISURE DEI PRODOTTI RICHIESTI.

➤ **RISPOSTA**

LOTTO N. 35 PINZE ANATOMICHE – IN ACCIAIO - STERILIZZABILI IN AUTOCLAVE - LUNGHEZZA 12 CM;

LOTTO N. 36 FORBICI CHIRURGICHE RETTE CON PUNTA SMUSSE – IN ACCIAIO - STERILIZZABILI IN AUTOCLAVE, LUNGHEZZA CM 14,5 CIRCA;

LOTTO N. 37 PINZA PORTA AGHI - IN ACCIAIO - STERILIZZABILI IN AUTOCLAVE – LUNGHEZZA 12 CM;

LOTTO N. 38 PINZE CHIRURGICHE - IN ACCIAIO - STERILIZZABILI IN AUTOCLAVE – LUNGHEZZA 12 CM;

LOTTO N. 39 PINZA MODELLO COLLEGE CURVA A PUNTA SOTTILE - IN ACCIAIO - STERILIZZABILI IN AUTOCLAVE – LUNGHEZZA 10 CM.

QUESITO N. 2

POICHÈ IN ALCUNE SEZIONI DI CARICAMENTO (ES. DOCUMENTAZIONE TECNICA, DOCUMENTAZIONE ECONOMICA) IL PORTALE NON ACCETTA DOCUMENTI FIRMATI DIGITALMENTE (ANCHE SE LA FIRMA DIGITALE IN FORMATO P7M È PRESCRITTA ALL'INTERNO DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA), PER OVVIARE A QUESTA PROBLEMATICIA TECNICA, VERRANNO PRESENTATI I FILE FIRMATI DIGITALMENTE ALL'INTERNO DI UNA CARTELLA COMPRESSA (.ZIP) NON FIRMATA DIGITALMENTE.

➤ **RISPOSTA**

I DOCUMENTI DI GARA PRESENTATI DEVONO ESSERE FIRMATI DIGITALMENTE COME PREVISTO NELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA.