

***U.O.C. Provveditorato-Economato e Gestione Logistica***

**Oggetto: Procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. n. 36/2023, per la fornitura in somministrazione per anni tre di materiale di consumo per le apparecchiature in dotazione all'U.O.C. Terapia Intensiva e Anestesia**

**CHIARIMENTI N. 3**

- ✓ Quesito 1 : “con riferimento a quanto indicato a pag. 37 art.17 – Offerta economica del Disciplinare di gara preghiamo confermare che non esiste un modulo da Voi predisposto per la compilazione dell’offerta e che pertanto tutti gli elementi richiesti devono essere indicati su un’offerta redatta dal Concorrente”

**SI PRECISA CHE LO SCHEMA DI OFFERTA ECONOMICA DEVE ESSERE PRODOTTO DALLA DITTA SU CARTA INTESTATA CON INDICAZIONE DEGLI ELEMENTI RELATIVI AI LOTTI A CUI S’INTENDE PARTECIPARE.**

- ✓ Quesito 2: “Con riferimento a quanto indicato nel capitolato tecnico al Lotto 3 chiede di confermare la dicitura: *l’azienda aggiudicataria dovrà fornire n. 4 monitor per l’utilizzo dei sensori, rappresenti un mero refuso.* Le descrizioni dei relativi consumabili di cui agli artt. 1,2,3 citano infatti che tali sensori saranno utilizzati con le piattaforme già in Vostra dotazione.”

**SI PRECISA CHE LE PIATTAFORME IN USO ATTUALMENTE SONO IN COMODATO D’USO GRATUITO E NON DI PROPRIETA’, COME ERRONEAMENTE SCRITTO IN CAPITOLATO TECNICO. PERTANTO SI CONFERMA QUANTO PRECISATO IN CAPITOLATO: LA DITTA AGGIUDICATRICE DOVRA’ FORNIRE N. 4 PIATTAFORME PER L’UTILIZZO DEI SENSORI.**

- ✓ Quesito 3: In merito alla richiesta da Voi riportata nella tabella a pag. 6 dell’All. “Capitolato Tecnico”: “Kit preassemblato per RRT utilizzabile per tutte le metodiche con filtro da mt. 1,4 -1,7- 2,2 sia con anticoagulazione con citrato che con eparina per apparecchiatura di emofiltrazione;”per garantire una più ampia partecipazione degli Operatori Economici, si chiede conferma di poter considerare “Kit preassemblato per RRT con filtro avente metratura compresa tra 1,4 e 2,2 sia con anticoagulazione con citrato che con eparina per apparecchiatura di emofiltrazione;”

**SI CONFERMA LA POSSIBILITA’ DI KIT PREASSEMBLATO PER RRT CON FILTRO AVENTE METRATURA TRA,4 e 2,2 SIA CON ANTICOAGULAZIONE CON CITRATO CHE CON EPARINA PER APPARECCHIATURA DI EMOFILTRAZIONE**

- ✓ Quesito 4: In merito alla richiesta da Voi riportata nella tabella a pag. 6 dell’All. “Capitolato Tecnico”: “Kit per la rimozione di citochine pro e anti infiammatorie mediante plasma ad assorbimento accoppiato all’emofiltrazione;”per garantire una più ampia partecipazione degli Operatori Economici, si chiede conferma di poter considerare “Kit per la rimozione di citochine pro e anti infiammatorie”.

**SI CONFERMA LA POSSIBILITA' DI KIT PER LA RIMOZIONE DI CITOCHINE PRO E ANTI INFIAMMATORIE**

- ✓ Quesito 5: In merito alla richiesta da Voi riportata nella tabella a pag. 6 dell'All. “Capitolato Tecnico”: “Kit per emoperfusione;” per garantire una più ampia partecipazione degli Operatori Economici, si chiede conferma di poter considerare “Kit senza filtro”

**SI CONFERMA LA POSSIBILITA' DI KIT SENZA FILTRO**

- ✓ Quesito 6: In merito alla richiesta da Voi riportata nella tabella a pag. 6 dell'All. “Capitolato Tecnico”: “Sacche di scarico supplementari da 13 lt.,” per garantire una più ampia partecipazione degli Operatori Economici, si chiede conferma di poter considerare “Sacche di scarico supplementari da 10 lt.,”

**SI CONFERMA LA POSSIBILITA' DI SACCHE DI SCARICO SUPPLEMENTARI DA 10 LT.**

- ✓ Quesito 7: In merito alle richieste da Voi riportate nella tabella a pag. 6 dell'All. “Capitolato Tecnico”: “Sacche Bi-compartmentali con bicarbonati 32mEq.K+2, Sacche Bi-compartmentali con bicarbonati 34mEq.K+3,5; Sacche Bi-compartmentali con bicarbonati 36Meq.K+4;” per garantire una più ampia partecipazione degli Operatori Economici, si chiede conferma di poter considerare molteplici sacche bi-compartmentali aventi concentrazioni di bicarbonato e/o di potassio leggermente diverse da quelle indicate ma specifiche per i trattamenti da Voi richiesti.

**SI CONFERMA LA POSSIBILITA' DI CONSIDERARE SACCHE BI-COMPARTIMENTALI AVENTI CONCENTRAZIONI DI BICARBONATO E/O DI POTASSIO LEGGERMENTE DIVERSE DA QUELLE INDICATE MA SPECIFICHE PER I TRATTAMENTI RICHIESTI.**

- ✓ Quesito 8: In merito alla richiesta da Voi riportata nella tabella a pag. 6 dell'All. “Capitolato Tecnico”: “Sacche Bi-compartmentali a zero contenuto di calcio Bicarbonati 35;” per garantire una più ampia partecipazione degli Operatori Economici, si chiede conferma di poter considerare molteplici sacche bi-compartmentali a zero contenuto di calcio aventi concentrazione di bicarbonato diversa da quella indicata ma specifica per i trattamenti da Voi richiesti.

**SI CONFERMA LA POSSIBILITA' DI CONSIDERARE SACCHE BI-COMPARTIMENTALI A ZERO CONTENUTO DI CALCIO AVENTI CONCENTRAZIONE DI BICARBONATO DIVERSA DA QUELLA INDICATA MA SPECIFICA PER I TRATTAMENTI RICHIESTI.**

- ✓ Quesito 9 In merito alla richiesta da Voi riportata nella tabella a pag. 6 dell'All. “Capitolato Tecnico”: “Sacche contenente sodio citrato 20/4 compatibile con i sistemi di automazione presenti nella macchina” per garantire una più ampia partecipazione degli Operatori Economici considerando inoltre la presenza di diversi protocolli per la gestione dell'anticoagulazione citrato-calcio, si chiede conferma di poter considerare “Sacche contenenti sodio citrato 4% (136 mmol/l) compatibili con i sistemi di automazione presenti nella macchina”

**SI CONFERMA LA POSSIBILITA' DI CONSIDERARE SACCHE CONTENENTI SODIO CITRATO 4% (136 MMOL/L) COMPATIBILI CON I SISTEMI DI AUTOMAZIONE PRESENTI NELLA MACCHINA**