

U.O.C. Provveditorato-Economato e Gestione Logistica

PROCEDURA APERTA, EX ART. 71 DEL D.LGS. N. 36/2023, INTERAMENTE TELEMATICA, PER LA FORNITURA, IN SOMMINISTRAZIONE, PER ANNI CINQUE, DI MATERIALE SPECIALISTICO PER LA U.O.S.D. BLOCCO OPERATORIO DEL GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO "BIANCHI-MELACRINO-MORELLI" (G.O.M.) DI REGGIO CALABRIA

CHIARIMENTI 2

- ✓ **Quesito 19:** In riferimento al punto 7.2 del disciplinare di Gara: Requisiti di idoneità tecnica e professionale, come comprova del requisito è possibile inserire nella FVOE l'autodichiarazione con allegato l'elenco delle fatture analoghe considerando il fatto che gli eventuali certificati rilasciati dalle Amministrazioni dovreste chiederli voi di ufficio?

I REQUISITI DI CUI ALL'ART. 7.2, IN FASE DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI GARA IN OGGETTO, DEVONO ESSERE AUTODICHIARATI SECONDO LE MODALITÀ INDICATE DALLO STESSO ART. 7.2 DEL DISCIPLINARE DI GARA, OVVERO "I DATI DEVONO ESSERE RIPORTATI NELL'APPOSITA SEZIONE DEL DGUE".

- ✓ **Quesito 20:** In riferimento al lotto n. 44 confermate che i cavi e le pinze siano riutilizzabili e non monouso?

SI SONO POLIUSO

- ✓ **Quesito 21:** Confermate che i documenti tecnici richiesti al punto 16 del Disciplinare di gara dovranno essere inviati per i soli lotti che verranno aggiudicati prezzo/qualità (OEPV) e pertanto nessun documento tecnico deve essere inviato per i lotti aggiudicati a solo prezzo? Il portale, nella sezione documentazione tecnica, prevede per tutti i lotti un tasto per il caricamento dei documenti.

SI CONFERMA CHE I DOCUMENTI TECNICI DOVRANNO ESSERE INVIATI PER I SOLI LOTTI DA AGGIUDICARSI SECONDO IL CRITERIO QUALITÀ/PREZZO COSÌ COME ESPRESSAMENTE INDICATO ALL'ART. 16 DEL DISCIPLINARE, LADDOVE SI LEGGE "L'OPERATORE ECONOMICO INSERISCE LA DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALL'OFFERTA TECNICA, PER I SOLI LOTTI OEPV, NELLA RELATIVA SEZIONE DELLA PIATTAFORMA, SECONDO LE MODALITÀ INDICATE NELL'ALLEGATO "DISCIPLINARE TELEMATICO E TIMING DI GARA", A PENA DI INAMMISSIBILITÀ DELL'OFFERTA."

- ✓ **Quesito 22:** al punto D del lotto 3 è richiesto uno stent per trapianti **manovrabile**. Per quanto a **nostra conoscenza** lo stent ureterale nei pazienti trapiantati viene inserito in sede di intervento chirurgico e non necessita quindi di spingitore connettabile. Coerentemente a ciò gli stent ureterali per trapianti di rene presenti nel catalogo Urotech e abitualmente utilizzati presso la maggior parte dei centri trapianti italiani, vengono proposti solo nella versione con spingitore standard. Riteniamo

possibile che il termine manovrabile sia dovuto ad un refuso, si chiede pertanto se possa essere presentata offerta per stent come da richiesta, ma nella versione non manovrabile

E' AMMESSA LA PRESENTAZIONE DI STENT IN VERSIONE NON MANOVRABILE PURCHE' CON LE CARATTERISTICHE DESCRITTE NEL BANDO DI GARA

- ✓ **Quesito 23:** si chiedono chiarimenti sulla compilazione dell'offerta economica all. 5 della presente gara. Nelle voci in alto non vi è possibilità né di inserire il codice del prodotto e né il quantitativo offerto per singolo sub lotto. Pertanto, si chiede se è possibile aggiungere le finestre all'allegato 5 o se vi è la possibilità di inserire un dettaglio economico come documentazione aggiuntiva all'offerta economica.

SI CONFERMA LA POSSIBILITÀ DI AGGIUNGERE LE OPPORTUNE COLONNE AL FILE EXCEL DELL'ALLEGATO N. 5