

U.O.C. Provveditorato-Economato e Gestione Logistica

PROCEDURA APERTA, EX ART. 71 DEL D.LGS. N. 36/2023, INTERAMENTE TELEMATICA, PER LA FORNITURA, IN SOMMINISTRAZIONE, PER ANNI CINQUE, DI MATERIALE SPECIALISTICO PER LA U.O.S.D. BLOCCO OPERATORIO DEL GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO "BIANCHI-MELACRINO-MORELLI" (G.O.M.) DI REGGIO CALABRIA

CHIARIMENTI

- ✓ **Quesito 1:** si chiede in merito al lotto nr. 33, non è presente il fabbisogno quinquennale suddiviso per misure. Si prega di integrare con l'informazione richiesta.

SI RIPORTA IL FABBISOGNO DEL LOTTO N.33:

LOTTO 33- TELI AD ANELLO PER CHIRURGIA ADDOMINALE		
DESCRIZIONE	MISURE APPROSSIMATE	FABBISOGNO QUINQUENNALE
Teli ad anello monouso sterili delle dimensioni approssimative di cm 90x90, per chirurgia addominale in grado di proteggere i bordi della ferita chirurgica dalla contaminazione eliminando il contatto diretto della stessa con contenuti viscerali, realizzato in polietilene trasparente antistatico che consenta la visualizzazione, con foro centrale delimitato da anello in materiale plastico semirigido facile da inserire all'interno della zona di incisione al fine di mantenere aperta e umida la ferita creando una superficie sterile sulla quale possono essere appoggiati i visceri durante l'intervento, con inserti adesivi agli angoli per il fissaggio al campo operatorio, latex free, adesivo ipoallergenico	Foro diametro cm. 7,5 circa	400
	Foro diametro cm. 12 circa	800
	Foro diametro cm. 17 circa	600
	Foro diametro cm. 22 circa	800
	Foro diametro cm. 27 circa	400
	Totale importo a base d'asta € 45.000,00	

- ✓ **Quesito 2:** La somma dei punteggi dei "PARAMETRI DI VALUTAZIONE QUALITATIVA" dei lotti 7-8-9 non è 70 ma 60. Si chiede quindi se è mancante un criterio o se è necessaria la rimodulazione.

SI RIPORTA LA GRIGLIA DI VALUTAZIONE QUALITATIVA

Lotto 7-8-9

PARAMETRI DI VALUTAZIONE QUALITATIVA	PUNTEGGIO
FACILE MANOVRABILITÀ, NEL SENSO DI AGEVOLE PRESA DEL CATETERE PER LE MANOVRA DI INSERIMENTO	30
ATRAUMATICITÀ DELLA PUNTA	25
SCORREVOLEZZA E RADIOPACITÀ	15
TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE	70

- ✓ **Quesito 3:** siamo a richiedere aumento base d'asta lotto 7 posto ad € 8,00. La descrizione del lotto corrisponde a prodotto attualmente acquistate ad un prezzo di lunga superiore. La descrizione del lotto 7, catetere ureterale in pvc morbido o altro materiale biocompatibile, tipo pollack, con punta aperta radiopaca e flessibile, corrisponde in anagrafica "CATETERE URETERALE A ESTREMITÀ"

APERTA FLEXI-TIP CATETERE URETERALE INTERVENTISTICO PER PROCEDURE ENDOSCOPICHE CF DA 10 PZ”. Chiediamo pertanto aumento della base d’asta affinché essa consenta la remuneratività della fornitura per l’operatore economico come stabilito dal TAR Campania -Napoli sez.I, sentenza 23 giugno 2023 n. 3775.

SI COMUNICA CHE, LA BASE D’ASTA NON PUO’ ESSERE MODIFICATA IN QUANTO IL CIG RICHIESTO PER IL LOTTO 7 È STATO RICHIESTO CON L’IMPORTO IDENTIFICATO IN FASE DI GARA.

- ✓ **Quesito 4:** In riferimento ai requisiti di capacità tecnica e professionale, è possibile presentare l’elenco delle forniture rapportate al periodo d’attività svolto dall’azienda? In quanto la scrivente ha iniziato la propria attività nel 2023. Inoltre, la comprova del requisito deve essere presentata in fase di gara o successivamente? In riferimento alla garanzia provvisoria, il 2% deve considerarsi sul valore globale o sull’importo quinquennale

**SI È POSSIBILE E LA COMPROVA DEL REQUISITO PUO’ ESSERE FATTO SUCCESSIVAMENTE;
LA GARANZIA PROVVISORIA DEL 2% DEVE CONSIDERARSI SULL’IMPORTO GLOBALE**

- ✓ **Quesito 5:** “per il Lotto 28 si richiede di specificare per quale tipo di colonna vengono richiesti i tubi per insufflazione Co2”?

I TUBI DI INSUFFLAZIONE PER CO2 SONO PREVISTI PER L’USO CON GLI INSUFFLATTORI: OLYMPUS UHI-3 E SOLOS GS3520

- ✓ **Quesito 6:** “per il Lotto 31 si chiede se i quantitativi sono da intendersi annuali. Dato e importo a base d’asta”?

SI SONO QUINQUENNALI

- ✓ **Quesito 7:** “In merito ai PARAMETRI DI VALUTAZIONE QUALITATIVA del lotto n.3, si evidenzia che il parametro “SISTEMA DI GONFIAGGIO/RESISTENZA PALLONCINO” non è applicabile ai prodotti oggetto del lotto “STENT URETERALI”. Si chiede quindi se tale parametro deve essere sostituito con un criterio attinente o rimosso con relativa rimodulazione degli altri punteggi”.

LOTTO 3 – IL PARAMETRO INDICATO È UN REFUSO, LA GRIGLIA DI VALUTAZIONE E’ LA SEGUENTE:

PARAMETRI DI VALUTAZIONE QUALITATIVA	PUNTEGGIO
TOLLERABILITA’	20
SCORREVOLEZZA, RADIOPACITA’ E MANOVRABILITA’	20
ATRAUMATICITA’ DELLA PUNTA	18
MORBIDEZZA	12
TOTALE PUNTEGGIO	70

- ✓ **Quesito 7:** “si chiede il diametro della lente del telo copertura microscopio Leica del LOTTO 21, si chiede la possibilità di dividere il LOTTO 20 tra rotoli e teli pretagliati, in quanto uno dei teli è prerogativa di una ditta in particolare; pertanto, per una più ampia concorrenza si chiede di accettare tale richiesta”

LOTTO 20 – IN FASE DI GARA NON È POSSIBILE PROCEDERE A QUANTO RICHIESTO

LOTTO 22 – I MICROSCOPI SONO DOTATI DEI SEGUENTI OCULARI:

- 1. LEICA PROVIDO: TUBO BINOCULARE VARIANZA 30° - 150° TIPO II L; OCULARE 10X/21, TIPO II; TUBO BINOCULARE INCLINATO TIPO II.**
- 2. LEICA OHX: N. 3 OCULARE PER OPERATORI DI OCCH. 10X/21 B, TIPO II.**

- ✓ **Quesito 8:** “In riferimento al lotto 20, siamo a richiedere quanto segue: sub lotto: Telo superassorbente per controllo dei fluidi in laminato a tre strati permeabile al vapore e impermeabile all’acqua capacità di assorbenza di 11 litri d’acqua a 3 litri di soluzione salina circa, 100x230 cm circa. Chiediamo che tale sub lotto venga eliminato in quanto vengono richieste specifiche che non sono comuni agli altri articoli richiesti nel lotto e quindi possono identificare un solo concorrente venendo meno al principio della più ampia partecipazione e concorrenza”

IN FASE DI GARA NON È POSSIBILE PROCEDERE A QUANTO RICHIESTO

È AMMESSA UNA TOLLERANZA DEL +/-10%

- ✓ **Quesito 9:** “chiediamo quante posizioni sono richieste nelle parti magnetiche”.

È RICHIESTO UN MINIMO DI 15 POSIZIONI

- ✓ **Quesito 10:** “riguardo alla campionatura chiediamo quanto segue: 1) se deve essere presentata in questa fase di gara; 2) chiediamo se sufficiente 1 campione per ogni articolo offerto; 3) per il lotto 20 chiediamo se sufficiente presentare uno spezzone di tessuto in luogo del rotolo, chiediamo se il portarotolo non sia richiesto campionarlo ma sia sufficiente presentare scheda tecnica”.

LA CAMPIONATURA DEVE ESSERE PRESENTATA IN FASE DI GARA.

SI RICHIEDE ALMENO UN CAMPIONE PER OGNI ARTICOLO RICHIESTO NEI DIVERSI SUBLOTTI

È AMMESSA LA PRESENTAZIONE DI UN CAMPIONE DELLE DIMENSIONI DI ALMENO 2,5 MT DI LUNGHEZZA; PER IL SUBLOTTO RELATIVO AI PORTAROTOLO, È AMMESSA LA SOLA PRESENTAZIONE DELLA SCHEDA TECNICA

- ✓ **Quesito 11:** “telo superassorbente per controllo dei fluidi in laminato a tre strati permeabile al vapore e impermeabile all’acqua capacità di assorbenza 11 litri d’acqua a 3 litri di soluzione salina circa, 100x 230 cm circa. Possiamo avere più informazioni?”

IL PRODOTTO RICHIESTO È DEDICATO ALL’UTILIZZO NELLE ZONE RISERVATE AL LAVAGGIO CHIRURGICO DELLE MANI E NELLE ATTIVITÀ CHIRURGICHE OVE SIA PRESENTE UN INGENTE DISPERSIONE DI LIQUIDI

- ✓ **Quesito 12:** “con la presente si richiede un chiarimento relativo al lotto 31: la misura di clip Hem o lok 10-22 non esiste. Trattasi di refuso?”

LA MISURA INDICATA NON È UN REFUSO

- ✓ **Quesito 13:** “in merito al lotto 37, è possibile avere la codifica dei codici richiesti in quanto il materiale offerto deve essere compatibile con i generatori CovidienValleylab FT1”?

LE CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI SONO INDICATE NELLA DESCRIZIONE DEL LOTTO DI GARA

- ✓ **Quesito 14:** “con la presente siamo a richiedere se il prodotto richiesto al lotto 35 debba essere sterile o non sterile”?

IL PRODOTTO PUO' ESSERE FORNITO INDIFFERENTEMENTE IN CONFEZIONE STERILE O NON STERILE

- ✓ **Quesito 15:** “Con riferimento al lotto 38 rendiamonoto che - allo stato delle nostre conoscenze - le voci, così come configurate, creano le condizioni di una limitazione della concorrenza perché consentono la partecipazione alla sola azienda che produce e commercializza i drenaggi scanalati con profilo a spirale, discriminando, di fatto, altre aziende che potrebbero concorrere con prodotti equivalenti per indicazioni d'uso e finalità terapeutiche. Pertanto, l'attuale composizione del lotto 38 è quindi incompatibile con i generalissimi principi di massima partecipazione, concorrenzialità e non discriminazione (art. 68 del D.Lgs. 50/2016 ora art. 10 D.Lgs. 36/2023) e comporta “ la creazione di ostacoli ingiustificati all'apertura dei contratti pubblici alla concorrenza” Alla luce di quanto sopra la scrivente società chiede che il lotto di cui sopra sia riformulato e/o diviso in piu lotti al fine di consentire la partecipazione di piu aziende e suggeriamo di procedere come segue: scomposizione del lotto in tanti sublotti distinti quante sono le categorie omogenee di prodotti, in modo da rispettare il dettato legislativo a tutela della maggiore partecipazione e concorrenza in gara tra gli offerenti”

L'ADOZIONE DEL LOTTO UNICO SI È RESA NECESSARIA.

LA COMPATIBILITA' DEI RESERVOIR CON LE DIVERSE TIPOLOGIE DI DRENAGGI RICHIESTI NELLA PROCEDURA DI GARA RENDE INDISPENSABILE L'ADOZIONE DI UN LOTTO UNICO

- ✓ **Quesito 16:** “SPETT.LE GOM R.C., PER QUANTO CONCERNE IL LOTTO N.20 RIGUARDO LA SEGUENTE VOCE:“Telosuperassorbente per controllo dei fluidi in laminato a tre strati permeabile al vapore e impermeabile all'acqua capacita' di assorbenza di 11 litri d'acqua a 3 litri di soluzione salina circa, 100x230 cm circa”?

IL PRODOTTO RICHIESTO È DEDICATO ALL'UTILIZZO NELLE ZONE RISERVATE AL LAVAGGIO CHIRURGICO DELLE MANI E NELLE ATTIVITA' CHIRURGICHE OVE SIA PRESENTE UN INGENTE DISPERSIONE DI LIQUIDI

- ✓ **Quesito 17:**“al punto D del lotto 3 è richiesto uno stent per trapianti manovrabile.Per quanto a nostra conoscenza lo stent ureterale nei pazienti trapiantati viene inserito in sede di intervento chirurgico e non necessita quindi di spingitore connettabile. Coerentemente a ciò gli stent ureterali per trapianti di rene presenti nel catalogo Urotech e abitualmente utilizzati presso la maggior parte dei centri trapianti italiani, vengono proposti solo nella versione con spingitore standard. Riteniamo possibile che il termine manovrabile sia dovuto ad un refuso, si chiede pertanto se possa essere presentata offerta per stent come da richiesta, ma nella versione non manovrabile.”

È AMMESSA LA PRESENTAZIONE DI STENT IN VERSIONE NON MANOVRABILE PURCHE' CON LE CARATTERISTICHE DESCRITTE NEL BANDO DI GARA

- ✓ **Quesito 18:** “Informiamo le SS.VV. che la tipologia di ago per biopsia monouso semiautomatico risulta essere aggiudicata con gara regionale dalla nostra azienda, come da determina di aggiudicazione della regione Lazio n°G08996 del 28/06/2013 e Vs. presa d'atto con delibera n. 293/2024 del 15/05/2024. Per tali motivi Vi chiediamo cortesemente l'annullamento del lotto 16”

IN ATTESA DI VALUTAZIONE E QUALORA LE CARATTERISTICHE COINCIDANO CON LA GARA REGIONALE IL LOTTO 16 SARA' REVOCATO

- ✓ **Quesito 19:** In riferimento al punto 7.2 del disciplinare di Gara: Requisiti di idoneità tecnica e professionale, come comprova del requisito è possibile inserire nella FVOE l'autodichiarazione con allegato l'elenco delle fatture analoghe considerando il fatto che gli eventuali certificati rilasciati dalle Amministrazioni dovreste chiederli voi di ufficio?

I REQUISITI DI CUI ALL'ART. 7.2, IN FASE DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI GARA IN OGGETTO, DEVONO ESSERE AUTODICHIARATI SECONDO LE MODALITÀ INDICATE DALLO STESSO ART. 7.2 DEL DISCIPLINARE DI GARA, OVVERO “I DATI DEVONO ESSERE RIPORTATI NELL'APPOSITA SEZIONE DEL DGUE”.

- ✓ **Quesito 20:** In riferimento al lotto n. 44 confermate che i cavi e le pinze siano riutilizzabili e non monouso?

...

- ✓ **Quesito 21:** Confermate che i documenti tecnici richiesti al punto 16 del Disciplinare di gara dovranno essere inviati per i soli lotti che verranno aggiudicati prezzo/qualità (OEPV) e pertanto nessun documento tecnico deve essere inviato per i lotti aggiudicati a solo prezzo? Il portale, nella sezione documentazione tecnica, prevede per tutti i lotti un tasto per il caricamento dei documenti.

SI CONFERMA CHE I DOCUMENTI TECNICI DOVRANNO ESSERE INVIATI PER I SOLI LOTTI DA AGGIUDICARSI SECONDO IL CRITERIO QUALITÀ/PREZZO COSÌ COME ESPRESSAMENTE INDICATO ALL'ART. 16 DEL DISCIPLINARE, LADDOVE SI LEGGE “L'OPERATORE ECONOMICO INSERISCE LA DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALL'OFFERTA TECNICA, PER I SOLI LOTTI OEPV, NELLA RELATIVA SEZIONE DELLA PIATTAFORMA, SECONDO LE MODALITÀ INDICATE NELL'ALLEGATO “DISCIPLINARE TELEMATICO E TIMING DI GARA”, A PENA DI INAMMISSIBILITÀ DELL'OFFERTA.”

- ✓ **Quesito 22:** al punto D del lotto 3 è richiesto uno stent per trapianti **manovrabile**. Per quanto a nostra conoscenza lo stent ureterale nei pazienti trapiantati viene inserito in sede di intervento chirurgico e non necessita quindi di spingitore connettabile. Coerentemente a ciò gli stent ureterali per trapianti di rene presenti nel catalogo Urotech e abitualmente utilizzati presso la maggior parte dei centri trapianti italiani, vengono proposti solo nella versione con spingitore standard. Riteniamo possibile che il termine manovrabile sia dovuto ad un refuso, si chiede pertanto se possa essere presentata offerta per stent come da richiesta, ma nella versione non manovrabile

...

- ✓ **Quesito 23:** si chiedono chiarimenti sulla compilazione dell'offerta economica all. 5 della presente gara. Nelle voci in alto non vi è possibilità né di inserire il codice del prodotto e né il quantitativo offerto per singolo sub lotto. Pertanto, si chiede se è possibile aggiungere le finestre all'allegato 5 o se vi è la possibilità di inserire un dettaglio economico come documentazione aggiuntiva all'offerta economica.

SI CONFERMA LA POSSIBILITÀ DI AGGIUNGERE LE OPPORTUNE COLONNE AL FILE EXCEL DELL'ALLEGATO N. 5