

OGGETTO: Gara n° 4750089 - Procedura aperta per la fornitura full service per anni cinque, di apparecchiature e consumabili per la U.O.C. di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale.

VERBALE N. 1

L'anno duemilaventicinque il giorno 29 del mese di gennaio, alle ore 13,00 presso gli Uffici della U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione Logistica in Via Provinciale Spirito Santo, Reggio Calabria, si è riunita la Commissione di gara nominata con deliberazione n. 32 del 27/01/2025 per l'aggiudicazione della procedura in oggetto.

Sono presenti per il G.O.M.:

- Dr. Alfonso Trimarchi - Presidente
- Dr.ssa Giulia Ressa - Componente
- Dr. Francesco Gangemi - Componente
- Dr. Francesco Ferrara - Segretario verbalizzante

Preliminarmente il Segretario Verbalizzante acquisisce, ex art. 93, D. Lgs. n. 36/2023, le dichiarazioni dei Componenti della Commissione de qua relative all'inesistenza della cause di incompatibilità, e, quindi, all'assenza di eventuale conflitto di interesse, anche potenziale, allegate al presente verbale.

La Commissione prende atto che entro il termine previsto per la presentazione delle offerte, hanno partecipato alla gara le seguenti ditte:

Denominazione Concorrente	Forma di Partecipazione	Lista dei lotti a cui ha partecipato
B.B.S.	Singolo operatore economico	Lotto 1
Tesi Elettronica e Sistemi informativi	Singolo operatore economico	Lotto 1
Arga Medicali Srl	Singolo operatore economico	Lotto 2

Si prende altresì atto che il seggio di gara con verbale n. 1 del 20/01/2025 ha ammesso le suddette ditte all'apertura della documentazione tecnica.

La Commissione procede quindi all'apertura della documentazione tecnica presentata da ciascuna ditta partecipante alla gara sulla piattaforma ASP/Consip.

Il Segretario consegna alla Commissione di gara la documentazione tecnica presentata e la Commissione procede quindi per ciascun lotto all'esame della documentazione stessa ed all'attribuzione dei punteggi.

Lotto n. 1 - Ditte partecipanti: B.B.S. e Tesi Elettronica;

Ditta B.B.S. Dall'esame della documentazione tecnica, la Commissione riscontra che non è indicata la fornitura del modulo di richiesta trasfusionale (richiesta emocomponenti) integrato al sistema gestionale in dotazione alla struttura trasfusionale (Emodata). Trattandosi di un requisito d'obbligo per l'attività trasfusionale, richiesto a pena esclusione nella documentazione di gara, la Commissione esclude la ditta B.B.S. dalla successiva fase di gara;

Ditta Tesi Elettronica e Sistemi informativi. La Commissione riscontra che i prodotti offerti sono conformi a quanto richiesto nella documentazione di gara. La Commissione procede quindi ad attribuire i punteggi tecnici come segue:

Verifica al letto del paziente, tramite terminale, della congruenza tra braccialetto paziente ed etichetta prelievo.	10
Visualizzazione a terminale/applicativo integrato delle richieste in evasione da parte del C.T.	15
Controllo id personale infermieristico e/o id medico; registrazione inizio/fine trasfusione e trasferimento contestuale al sistema gestionale in dotazione al C.T.	10
Visualizzazione tramite terminale dati del paziente, controllo del prelievo al letto del paziente e ricezione automatica, all'assegnazione delle unità, della segnalazione di ultimata procedura	15
Segnalazione in tempo reale, al sistema informatico in dotazione al C.T, di eventuali reazioni trasfusionali	10
Tempi di intervento dell'assistenza e disponibilità sostituzione immediata dei terminali in caso di malfunzionamento	3
Personale specializzato azienda produttrice per istruzione ed assistenza post vendita e tecnica agli utilizzatori	2
Referenze e bibliografia	5
	70

Lotto n. 2 - Ditta partecipante: Arga Medicali;

Ditta Arga Medicali. Dall'esame della documentazione tecnica, la Commissione riscontra che il prodotto offerto è conforme a quanto richiesto. Si procede quindi all'attribuzione dei punteggi come segue:



SERVIZIO
SANITARIO
REGIONALE



Grande Ospedale Metropolitano
"Bianchi Melacrino Morelli"
Reggio Calabria



REGIONE CALABRIA

Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

Separatore cellulare automatico flusso continuo	punti 20
Tecnologia che impiega Soluzione Fisiologica per gestire le situazioni di emergenza e/o per il rimpiazzo volemico in modo da consentire la raccolta massima di 700mL	punti 20
Rimozione automatica dell'aria dalle Sacche Piastrine	punti 20
Possibilità, in emergenza, di sostituire l'ago di prelievo	punti 10
TOTALE	70

Si procede quindi a riportare sulla piattaforma ASP i punteggi tecnici di cui sopra ed all'esclusione della ditta B.B.S. dalla successiva fase di gara per il lotto n.1 e di seguito all'apertura delle offerte economiche delle ditte ammesse.

Lotto n. 1: la ditta Tesi Elettronica offre l'importo complessivo quinquennale di € 396.000,00 oltre iva 22%.

Lotto n. 2 la ditta Arga Medicali offre l'importo complessivo quinquennale di € 1.043.671,00 oltre iva 22%.

La Commissione pertanto propone l'aggiudicazione seguente:

Lotto n. 1(SICUREZZA E TRACCIABILITA' DISTRIBUZIONE) aggiudicato alla ditta Tesi Elettronica per l'importo complessivo quinquennale di € 396.000,00 oltre iva 22%.

Lotto n. 2 (EMOCOMPONENTI N°1 SEPARATORE CELLULARE DI ULTIMA GENERAZIONE MONOAGO AUTOMATICO PER LA PRODUZIONE MULTICOMPONENT DI EMOCOMPONENTI LEUCODEPLETI) aggiudicato alla ditta Arga Medicali per l'importo quinquennale di € 1.043.671,00 oltre iva 22%.

Alle ore 14,40 si concludono i lavori.

Del ché, viene redatto il presente verbale che, previa lettura, viene confermato e sottoscritto come segue:

Dr. Alfonso Trimarchi

Dr.ssa Giulia Ressa

Dr.ssa Francesco Gangemi

Dr. Francesco Ferrara